

[별표 5] 성능인증기관 성능인증업무 현장 평가표(제10조제2항 관련)

1. 국립환경과학원장은 국립환경과학원 1명 이상과 외부 전문가 2명 이상으로 평가위원을 구성하여 다음 각 목의 사항에 대하여 현장평가를 실시하며 평가내용은 다음과 같다.

구 분	내 용		결 과
인력	지정신청서에 등록된 인력 여부		☐ 등록 ☐ 미등록
	인력변경 시 변경신청 여부		☐ 적합 ☐ 부적합
실내 시험실	시험표준입자 발생장치 정상가동 여부		☐ 적합 ☐ 부적합
	시험챔버 정상가동 여부		☐ 적합 ☐ 부적합
	시험챔버 기준측정기 정도관리 여부		☐ 적합 ☐ 부적합
천칭실	천칭실 내 향온 및 향습 유지 여부		☐ 적합 ☐ 부적합
	정밀저울 정상가동 여부		☐ 적합 ☐ 부적합
	정밀저울 측정결과 자료보관		☐ 적합 ☐ 부적합
실외 시험동	Class I 기준측정기 정도관리 여부		☐ 적합 ☐ 부적합
	Class II 기준측정기 정도관리 여부		☐ 적합 ☐ 부적합
성능인증 신청/인증/변경	제출서류 적정 검토 및 보관여부		☐ 적합 ☐ 부적합
	성능인증/변경 간이측정기 홈페이지 게재 여부		☐ 적합 ☐ 부적합
성능인증 (시험챔버)	시험방법 준수 여부		☐ 적합 ☐ 부적합
	시험결과의 적합성		☐ 적합 ☐ 부적합
	원자료의 유효성(서명, 일시 등), 보관여부		☐ 적합 ☐ 부적합
성능인증 (등가성평가)	시험방법 준수 여부		☐ 적합 ☐ 부적합
	시험결과의 적합성		☐ 적합 ☐ 부적합
	원자료의 유효성(서명, 일시 등), 보관여부		☐ 적합 ☐ 부적합
	시험기간동안 Class I 측정기의 소급성 확보 여부		☐ 적합 ☐ 부적합
	시험기간동안 Class II 측정기의 소급성 확보 여부		☐ 적합 ☐ 부적합
검토결과 (부적합 사항)			
부적합사항에 대한 조치사항			
검사자	(인)	성능인증기관 책임자	(인)

2. 3인 이상의 평가자가 모든 항목에서 적합등급을 만족하여야 하나, 즉시 시정이 가능한 부적합 사례의 경우 조치사항에 대한 사후보고서로 적합을 인정할 수 있다.
3. 성능인증기관장은 부적합 사항에 대한 15일 이내에 개선조치를 취해야 하며, 그 결과를 국립환경과학원장에게 보고하여야 한다.