

000 연구실 안전관리 일상점검표(년 월)

점검시기: 연구개발활동 시작전

작성방법 : 양호○, 불량x, 해당없음 -

연구실책임자 결재								
점검자 서명(안전관리담당자를 원칙으로 하되 부재 시 연구보조원이 실시)								
대리점검 사유(안전관리담당자 부재시)								
구분	주요 점검사항	1	2	3	4	5	6	7
일반 안전	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태							
	연구실(실험실) 내 흡연 및 음식물 섭취 여부							
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흡후드 등) 관리 상태							
	사전유해인자위험분석 보고서 게시							
기계 기구	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부							
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개)설치 상태							
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태							
전기 안전	사용하지 않은 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한문어발식 콘센트 사용 여부							
	접지형콘센트 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태							
	기기의 외함접지, 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태							
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부							
화공 안전	유해인자별 취급 및 관리대장, MSDS비치							
	화학물질의 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관여부							
	소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질 보관함, 보관용기에 경고표시 부착 여부							
	실험폐액 및 폐기물 관리상태(폐액분류표시, 적정용기 사용,폐액용기덮개 체결상태 등)							
소방 안전	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부							
	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태							
	비상구, 피난통로 확보 및 비상통로 장애물 적재 여부							
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부							
가스 안전	가스용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기상태							
	가스용기 외관의 부식, 변형, 잠금상태 및 충전기한 초과여부							
	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태							
	배관표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브등 작동상태							
생물 안전	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급여부							
	생물체(LMO포함) 및 조직,세포,혈액 등의 보관 관리상태							
	(보관용기 상태, 보관 기록유지, 보관 장소의 생물재해(Biohazard)표시 부착여부 등)							
	손 소독기 등 세척시설 및 고압멸균기등 살균 장비의 관리상태							
	생물체(LMO포함)위급 연구시설의 관리·운영대장 기록 작성 여부							
	생물체 취급기구(주사기, 핀셋 등), 의료폐기물 등의 별도 폐기 및 폐기용기 덮개설치 상태							