

[별표 1]

엑스선직접촬영기 · 컴퓨터단층촬영기의 성능기준 등(제10조 관련)

1. 엑스선직접촬영기(X-ray radiography)

항 목	범 위
관전압	120KV 이상(흉부후전면 촬영) 100KV 이상(흉부측면 촬영)
관전류	300mA 이상(가능하면 500mA 이상 유지)
노출시간	1/30초 이하(가능하면 1/60초 이하 유지)
촬영거리	183센티미터 이상
필 림	흉부엑스선 전용필름(중급 이하 민감도)
증감지	흉부전용 증감도(Medium speed) 증감지
흉부엑스선 촬영필름	14인치×14인치 또는 14인치×17인치 크기
디지털 영상 촬영 시스템	14인치×17인치 또는 17인치×17인치 크기의 고해상도의 디텍터 사용

2. 컴퓨터단층촬영기(Computed tomography)

항 목	범 위
촬영 단층의 폭 (Collimation)	0.5-1.5mm
영상재건 간격 (Reconstruction interval)	나선형 CT 또는 다중절편 CT: 5mm 이하 고해상 CT: 10mm 이하
비 고 1. 나선형 CT(Helical CT)나 다중절편 CT(Multidetector CT)로 한국의료영상 품질 관리원의 특수의료장비 품질관리를 통과한 흉부 컴퓨터단층촬영기(Chest CT) 분야에 대한 임상영상 평가를 받은 장비여야 한다. 2. 고해상 컴퓨터단층촬영(High Resolution CT)이 가능해야 하며, 뼈 알고리즘(Bony algorithm) 또는 고주파공간 재구성연산(High-spatial-frequency algorithm reconstruction)이 가능해야 한다. 3. 바로 누운(仰臥位, Supine) 상태에서 최대 흡기 후 숨을 참고 시행한 사진이 반드시 포함되어야 한다. 4. 촬영범위는 최소 폐의 첨부(尖部, Apex)보다 적어도 한 장 이상 상부에서 촬영 하고, 횡경막 늑골각 이하 폐가 보이지 않는 부위의 사진이 한 장 이상 포함 되어야 한다.	