

[별표 1의2]

심폐기능검사기의 성능기준 등(제11조 관련)

1. 폐활량 검사(Spirometry)

검 사 항 목	측정가능 범위	유량의 측정 범위	측정시간
안정시 폐활량	0.5-8리터	0-14리터/초	30초 이상
노력성 폐활량	0.5-8리터	0-14리터/초	15초 이상
1초간 노력성 폐활량	0.5-8리터	0-14리터/초	1초
노력성 호기 중간유량	7리터/초	±14리터/초	15초 이상
최대환기량	2리터 정상호흡량에서 250리터/분	±14리터/초 ±3%	12-15초
비 고 1. 폐활량검사는 용적-시간곡선(Volume-time curve) 또는 유량-용적곡선(Flow-volume curve)을 나타낼 수 있어야 한다. 2. 검사기의 보정은 3리터 보정기로 하루 한번 이상 시행하여 그 결과의 정확성이 ±3% 또는 50mL 이내이어야 한다. 이 경우 보정기를 최소 3회 이상 초당 0.5L 및 12L 속도로 시행하여야 한다. 3. 노력성 폐활량을 측정할 때 후외삽방법(Back extrapolation method)을 적용하여 시작점을 결정할 수 있어야 한다. 4. BTPS(Body temperature(i.e. 37℃), ambient pressure, saturated with water vapour)를 수동 또는 자동으로 변환할 수 있어야 한다.			

2. 폐용적 검사(Lung volume measurement)

항 목	범 위
용 량	오차범위 $\pm 3\%$ 또는 $\pm 50\text{mL}$ (보정시는 오차범위 $\pm 0.5\%$)
가스분석	측정기의 전체 가스 성분의 $\pm 0.5\%$ (0.3%의 혼합가스 사용시 $\pm 0.0015\%$ 이내)
변환기(Transducer) 마우스 압력 측정변화 압력	8Hz 이상에서 $\pm 5\text{kPa}$ 이하($\pm 50\text{cmH}_2\text{O}$) $\pm 0.02\text{kPa}$ ($\pm 0.2\text{cmH}_2\text{O}$)

3. 일산화탄소확산능 검사(CO diffusing capacity, DLco)

항 목	범 위
용 량	오차범위 8L에서 $\pm 3\%$ (보정시는 오차범위 $\pm 0.5\%$)
가스분석	측정기의 전체 가스 성분의 $\pm 0.5\%$ (0.3%의 혼합가스 사용시 $\pm 0.0015\%$ 이내)
CO 가스 안정성	$\pm 0.001\%$
순환 저항	6리터/초에서 $1.5\text{cmH}_2\text{O}$ 이내
요구밸브 민감	6리터/초에서 $10\text{cmH}_2\text{O}$ 이내(공기압축기를 사용하는 경우)
타이머	매 10초마다 오차범위 $\pm 1.0\%$ 이내
기계/밸브필터 사강	0.350리터 이내