

대량배양 취급시설(1·2등급) 설치·운영 점검 결과서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

점검일 : 20 . . .

취급시설		시설명	안전관리등급 [] 1등급 [] 2등급	설치 · 운영책임자명	전화번호		
항 목					예	아니오	해당없음
설치 기준	대량배양 실험실(실험구역): 일반 구역과 구분(분리)				[]	[]	[]
	주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)				[]	[]	[]
	실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치				[]	[]	[]
	실험실 출입: 현관, 전실 등은 경유하도록 설치				[]	[]	[]
	기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치				[]	[]	[]
	장비 반출입이 가능한 문 설치(수동조작 가능)				[]	[]	[]
	밀폐구역 내의 이음새: 충격에 견딜 수 있는 재질, 청결을 위한 코팅				[]	[]	[]
	시설 환기: 시간당 최소 10회 이상				[]	[]	[]
	실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기 설치				[]	[]	[]
	오염 실험복 탈의 구역과 인접하여 비상 샤워시설 설치				[]	[]	[]
	고압증기멸균기 설치				[]	[]	[]
	생물안전작업대 설치				[]	[]	[]
	에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용				[]	[]	[]
	고위험병원체의 외부 누출 방지 설계, 닫힘 상태에서 멸균 조작이 가능한 배양장치 설치. 배양 장치 설치 직후 및 정기적으로 밀폐도 검사 실시				[]	[]	[]
	배양장치의 배기가스관에 제균용 필터 또는 이와 동등 이상의 효과를 갖는 제균용 기기를 부착하여 배기가스 처리하고 설치 직후 및 정기적으로 성능검사 실시				[]	[]	[]
	밀폐 상태에 관련된 부분을 개조 및 교환하는 경우, 해당 장치 및 기기의 밀폐도와 성능검사 수행				[]	[]	[]
	폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치				[]	[]	[]
	실험 폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치				[]	[]	[]
	헤파 필터에 의한 배기				[]	[]	[]
	시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치				[]	[]	[]
배관의 역류 방지 장치 설치				[]	[]	[]	
운영 기준	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입				[]	[]	[]
	출입대장 비치 및 기록				[]	[]	[]
	전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용				[]	[]	[]
	출입문 앞에 생물안전표지(고위험병원체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착				[]	[]	[]
	지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 대량배양 실험구역을 나올 때 손 씻기				[]	[]	[]
	실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의				[]	[]	[]
	실험 시 기계식 피펫 사용				[]	[]	[]
	실험 시 에어로졸 발생 최소화				[]	[]	[]
	실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지				[]	[]	[]

	실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지	[]	[]	[]
	감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동	[]	[]	[]
	외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련	[]	[]	[]
	실험종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)	[]	[]	[]
	주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련	[]	[]	[]
	배양장치에 접종, 시료 채취 및 이동 시 오염 발생 주의(오염 발생하는 경우 즉시 소독)	[]	[]	[]
	고위험병원체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)” 표시 등 부착	[]	[]	[]
	기관생물안전위원회 구성	[]	[]	[]
	고위험병원체 전담관리자 및 생물안전관리책임자 임명	[]	[]	[]
	생물안전관리자 지정	[]	[]	[]
	생물안전교육 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시	[]	[]	[]
	고위험병원체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관	[]	[]	[]
	실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관	[]	[]	[]
	생물안전관리규정 마련 및 적용	[]	[]	[]
	절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용	[]	[]	[]
	감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행	[]	[]	[]
	고위험병원체 취급자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)	[]	[]	[]
	취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종	[]	[]	[]
	비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련	[]	[]	[]
	대량배양실험이 진행 중인 배양장치 등에 각 등급에 맞는 표시 부착	[]	[]	[]
	처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관	[]	[]	[]
	폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리	[]	[]	[]
	실험폐기물 처리에 대한 규정 마련	[]	[]	[]
	배양장치, 배양액, 오염된 장치 및 기기와 대량배양실험에 관계된 생물에서 유래하는 모든 폐기물 및 폐액은 대량배양실험 종료 후 및 폐기 전에 불활성화	[]	[]	[]

비고	
----	--

점검자 소속: 성명 : (인)
 설치·운영책임자 성명 : (인)