

일반동물이용 취급시설(1·2등급) 설치·운영 점검 결과서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다. 점검일 : 20 . . .

취급시설	시설명	안전관리등급 [] 1등급 [] 2등급	설치 · 운영책임자명	전화번호		
항 목				예	아니오	해당없음
설치 기준	실험실(실험구역): 일반 구역과 구분(분리)			[]	[]	[]
	주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)			[]	[]	[]
	실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치			[]	[]	[]
	실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치			[]	[]	[]
	장비 등 기자재 반출입을 위한 문 또는 구역 설치			[]	[]	[]
	동물실험구역: 일반실험구역과 구분(분리)			[]	[]	[]
	입꺽의실 근처에 샤워 설비를 마련			[]	[]	[]
	생물학적 제제의 안전한 저장 공간 마련			[]	[]	[]
	동물 반입을 위한 별도의 공간 마련			[]	[]	[]
	동물사육실과 동물실험 공간(외과, 해부 실험 수행 등)의 분리			[]	[]	[]
	동물 시설 내 사료 및 깔짚 등의 저장 설비 또는 공간 설치			[]	[]	[]
	케이지와 동물 사육 관련 기자재 등의 전용 세척 및 소독 공간 설치			[]	[]	[]
	폐기 전의 동물 사체 보관 장소 및 처리설비는 시설 내 별도의 밀폐구역에 설치			[]	[]	[]
	배수구를 설치할 경우, 오염물질의 제거 및 역류방지 장치 설치			[]	[]	[]
	밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용			[]	[]	[]
	동물 탈출방지 설비 설치			[]	[]	[]
	급기 덕트에 헤파 필터 설치			[]	[]	[]
	별도의 급배기 덕트 설치			[]	[]	[]
	배기에 카본필터 등 냄새제거 장치 설치			[]	[]	[]
	실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기 설치			[]	[]	[]
	고압증기멸균기 설치			[]	[]	[]
	생물안전작업대 설치			[]	[]	[]
	에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용			[]	[]	[]
	헤파 필터 장착 급·배기 시스템이 포함된 사육장치 설치(별도 덕트 연결)			[]	[]	[]
	케이지는 동물의 움직임 등에 의해 뚜껑이 쉽게 열리지 않고 청소가 용이하며 소독 및 멸균 가능한 재질로 만든 장비 설치			[]	[]	[]
	부검 및 케이지 등을 교체할 수 있는 음압 기능보유 작업대 등 설비 또는 공간 마련			[]	[]	[]
	고형 폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치			[]	[]	[]
	실험 폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치			[]	[]	[]
	헤파 필터에 의한 배기			[]	[]	[]
	시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치			[]	[]	[]
	배관의 역류 방지 장치 설치			[]	[]	[]
	동물실험구역 등 냄새가 많이 발생할 수 있는 구역의 경우 배기에 카본필터 설치			[]	[]	[]
	동물 사육 및 동물 실험 공간 배기필터 전단에 프리필터 설치 (밀폐형케이지 사용 공간 제외)			[]	[]	[]

운영 기준	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입	[]	[]	[]
	출입대장 비치 및 기록	[]	[]	[]
	전용 실험복 등 보호장구 비치 및 사용	[]	[]	[]
	출입문 앞에 생물안전표지(고위험병원체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착	[]	[]	[]
	지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기	[]	[]	[]
	실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의	[]	[]	[]
	실험 시 기계식 피펫 사용	[]	[]	[]
	실험 시 에어로졸 발생 최소화	[]	[]	[]
	실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지	[]	[]	[]
	실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지	[]	[]	[]
	감염성물질 운반 시 건관 밀폐 용기에 담아 이동	[]	[]	[]
	외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련	[]	[]	[]
	실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)	[]	[]	[]
	주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련	[]	[]	[]
	동물 반입 시, 전용용기에 담아 반입	[]	[]	[]
	동물 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동(중/대동물 제외)	[]	[]	[]
	일회용 또는 일체형 주사기 사용(사용 후 전용 분리 용기에 넣어 멸균 후 폐기), 생물학적 활성을 제거하여 폐기	[]	[]	[]
	취급하는 동물은 식별 가능토록 표시: 태어난 지 72시간 내에 표시	[]	[]	[]
	배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관	[]	[]	[]
	고위험병원체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)” 표시 등 부착	[]	[]	[]
	기관생물안전위원회 구성	[]	[]	[]
	고위험병원체 전담관리자 및 생물안전관리책임자 임명	[]	[]	[]
	생물안전관리자 지정	[]	[]	[]
	생물안전교육 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시	[]	[]	[]
	고위험병원체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관	[]	[]	[]
	실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관	[]	[]	[]
	생물안전관리규정 마련 및 적용	[]	[]	[]
	절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용	[]	[]	[]
	감염성물질이 들어 있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행	[]	[]	[]
	고위험병원체 취급자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)	[]	[]	[]
	취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종	[]	[]	[]
	비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련	[]	[]	[]
	실험동물의 사용·관리 등에 관한 교육 이수 및 기관 내 교육 실시	[]	[]	[]
	동물의 사용 및 반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지	[]	[]	[]
	사용된 동물케이지 및 사육용 부자재는 사용 후 소독	[]	[]	[]
	동물탈출 시 연구자 조치 절차 마련	[]	[]	[]
	처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관	[]	[]	[]
	폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리	[]	[]	[]
	실험폐기물 처리에 대한 규정 마련	[]	[]	[]
비고				

점검자 소속: 성명 : (인)
 설치·운영책임자 성명 : (인)