

[별표 7]

휠체어 동력보조장치 평가기준

1. 사용능력 평가

순 번	구 분	내 용	결 과	
1	탈·부착	휠체어 동력보조장치의 탈·부착을 스스로 할 수 있는가? - 예 : 주위 도움 없이 스스로 할 수 있는 경우 - 아니오 : 주위 도움이 필요하거나 스스로 할 수 없는 경우	예	아니오
2	평지 및 장애물 주행	평지와 장애물 주행을 원활히 주행할 수 있는가? * 평지 30m 거리에 3m 간격의 장애물을 통과하면서 왕복 주행 능력 테스트 - 예 : 안정적으로 주행하면서 장애물을 원활하게 통과할 수 있는 경우 - 아니오 : 불안정적으로 주행하면서 장애물을 쓰러뜨리거나 통과할 수 없는 경우	예	아니오
3	경사로 주행	감속장치 등 위험에 적절하게 대처할 수 있는가? * 오르막, 내리막 경사로 원활하게 운행하는 능력 테스트(경사로 기울기 6도~10도) -예 : 감속장치 조작과 한 손으로 바퀴(wheel)를 이용한 휠체어 제동을 안정적으로 할 수 있는 경우 -아니오 : 감속장치 조작과 한 손으로 바퀴(wheel)를 이용한 휠체어 제동을 안정적으로 할 수 없는 경우	예	아니오

* 모든 운행 테스트 장면은 영상으로 촬영함

2. 인지능력 평가

○ 간이인지기능 검사[MMSE]

작성일: 년 월 일

성명:

K-MMSE

Korean version of Mini-Mental State Exam


항 목			점 수		항 목			점 수		
지 남 력	시 간 5점	년	0	1	기억 화상 3점	비행기		0	1	
		월	0	1		연필		0	1	
		일	0	1		소나무		0	1	
		장 소 5점	요일	0	1	언어 · 시공 간 구성 9점	이름대기	시계	0	1
			계절	0	1			볼펜	0	1
	나라		0	1	명령시행		종이를 뒤집기	0	1	
	시·도		0	1			반으로 접기	0	1	
	무엇하는 곳		0	1			제게 주세요	0	1	
	현재 장소명	0	1	따라 말하 기	“백문이 불여일 견”		0	1		
	몇 층	0	1	오각형			0	1		
기억등록 3점	비행기		0	1	읽기		“눈을 감으세요”	0	1	
	연필		0	1	쓰기			0	1	
	소나무		0	1	총 점			/ 30		
주의집중 및 계산 5점	100-7		0	1						
	-7		0	1						
	-7		0	1						
	-7		0	1						
	-7		0	1						

직 중 :

작 성 자 :

(서명)

※ 오각형 그리기



※ 읽 기

※ 쓰 기(오늘 날씨에 대해 써보세요)

○ 일상생활동작 검사[MBI]

번호: _____ 이름: _____ 나이/성별: _____ / _____ 병명: _____ 검사일: _____ 검사자: _____					
	1	2	3	4	5
항목	과제를 수행할 수 없는 경우	최대의 도움이 필요한 경우	중등도의 도움이 필요한 경우	최소의 도움이나 감시가 필요한 경우	완전히 독립적인 경우
1. 개인위생	0	1	3	4	5
2. 목욕하기	0	1	3	4	5
3. 식사하기	0	2	5	8	10
4. 용변처리	0	2	5	8	10
5. 계단 오르기	0	2	5	8	10
6. 옷 입기	0	2	5	8	10
7. 대변조절	0	2	5	8	10
8. 소변조절	0	2	5	8	10
9. 보행	0	3	8	12	15
9. 의자차*	0	1	3	4	5
10. 의자/침대 이동	0	3	8	12	15
총 점					

○ 근력평가 방법[MMT]

등급(점수)	등급(문자)	정의
0	영(zero)	아무런 근수축도 느껴지거나 보이지 않음
1	불가 (Trace)	근수축이 느껴지기는 하지만 동작은 일어나지 않음
2-	가-(Poor-)	중력이 제거된 상태에서 불완전한 관절가동범위 가능
2	가(Poor)	중력이 제거된 상태에서 완전한 관절가동범위 가능
2+	가+(Poor+)	중력을 대항하여 관절범위의 50% 미만의 움직임이 가능하거나 중력이 제거된 상태에서 약간의 저항에 대하여 완전한 관절가동범위 가능
3-	양-(Fair-)	중력에 대항해서 불완전한 관절가동범위(50%이상)가 일어난다.
3	양(Fair)	중력에 대항해서 완전한 관절가동범위 가능
3+	양+(Fair+)	약간의 저항과 함께 중력에 대항해서 완전한 관절가동범위 가능
4	우(Good)	중간 정도의 저항과 함께 중력에 대항해서 완전한 관절가동범위 가능
5	정상 (Normal)	최대의 저항과 함께 중력에 대항해서 완전한 관절가동범위 가능