

【별표 2】

검사실 표준 환경조건 및 기준(제3조 관련)

| 분 류          | 표준 환경조건 및 기준        |                                                              | 비 고                                                                                                                  |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 물리 시험<br>검사실 | 환경조건                | 20±2℃, 66±5% RH                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· KS F 2201(목재의 시험 방법 통칙)에 따른 표준상태 환경조건 기준</li> <li>· 폐기물 별도 보관·처리</li> </ul> |
|              | 검사실<br>필수설비<br>및 장비 | 항온항습설비, 환기 시설,<br>(별표 1)의 품목별 품질시험<br>기 및 분석 장비              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 실대재 시험 등 일부 품목 별도장소에서 실시 가능</li> <li>· 천칭실 별도구획 분리</li> </ul>               |
| 화학 시험<br>검사실 | 환경조건                | 20±2℃, 66±5% RH                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· KS F 2201(목재의 시험 방법 통칙)에 따른 표준상태 환경조건 기준</li> </ul>                         |
|              | 검사실<br>필수설비<br>및 장비 | 항온항습설비, 흡후드, 화재안전시설, 환기 시설,<br>(별표 1)의 품목별 품질시험<br>기 및 분석 장비 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전처리실, 기기분석실, 폼알데하이드 방출량 분석실 분리</li> <li>· 폐기물 별도 보관·처리</li> </ul>           |

※ 검사실의 표준 환경조건 및 기준을 충족하지 않더라도 해당 목재제품의 특성, 현장 여건 및 규모 등을 고려하여 그 사유를 소명하고 심사단이 평가에 지장이 없다고 인정하는 경우 점수 부여