

【별표 4】

방사선관리구역(제2조제7호관련)

진단용방사선발생장치	비진단용방사선발생장치 및 방사성동위원소
외부방사선량이 1주당 0.3mSv 이상인 곳으로서, 벽, 방어칸막이 등의 구획물로 구분되어진 곳	다음 각호에서 정한 값을 초과할 우려가 있는 곳 1. 외부방사선량률 : 1주당 400마이크로시버트 2. 공기중의 방사성동위원소의 농도 : 유도공기중농도 ¹⁾ 3. 물체표면의 오염도 : 허용표면오염도 ²⁾

- 1) 허용원자력안전위원회 고시 「방사선방호 등에 관한 기준」 제8조(유도공기중농도)에서 정하는 값
- 2) 허용표면오염도는 그 오염을 제거할 수 있는 경우로 알파선을 방출하는 방사성물질에 대하여는 0.4 Bq/cm², 알파선을 방출하지 아니하는 방사성물질에 대하여는 4 Bq/cm²와 같다.