

【별표 6】

신고대상 비진단용방사선발생장치 및 방사성동위원소(제12조제1항관련)

비진단용 방사선 발생장치	용도	1. 엑스선 형광분석용 2. 엑스선 회절분석용 3. 가속이온주입용 4. 수화물 검색용 5. 휴대형 폭발물 처리 또는 테러방지 검사용 6. 그 밖에 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 것
	용량	자체 차폐된 방사선발생장치로서 가속관의 최대전압이 170킬로볼트 이하이고, 표면방사선량률이 시간당 10마이크로시버트 이하일 것
방사성 동위원소	용도	1. 엑스선 형광분석용 2. 엑스선 회절분석용 3. 가스 크라마토그래피중 전자 포획용 4. 휴대형 소화기용량측정용, 휴대형 재료성분분석용, 밀봉선원 100 μCi이하의 휴대형 밀도함수량 측정용 5. 그 밖에 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 것
	수량	1. 교정용 장치에 방사성동위원소가 내장된 경우에는 방사성동위원소의 수량이 40메가베크렐 이하이고, 사용중인 경우에는 표면방사선량률이 시간당 500마이크로시버트 이하이며, 사용하지 아니하는 경우에는 표면방사선량률이 시간당 1마이크로시버트 이하일 것 2. 1목외의 용기 또는 장치에 내장된 경우에는 방사성동위원소의 수량은 원자력안전위원회가 정하는 값 이하이고, 표면방사선량률은 시간당 10마이크로시버트 이하로서 방사성동위원소의 접촉을 방지하는 일체형 장치일 것