

[별표 2]

적합성평가시험에 필요한 설비의 검사주기
(제15조 관련)

측 정 설 비 명	검사주기	비 고
전계강도를 측정하는 기자재	1년	
안테나	2년	
전원 안정화 회로망	1년	
흡수 클램프	1년	
전자기 클램프	1년	
결합 · 감결합 회로망	1년	
전계 프로브	1년	
정전기 발생기	1년	
과도전압/버스트 발생기	1년	
서지 발생기	1년	
전원전압변동장치	1년	