

[별표 2]

## 분석장비 주요 점검사항(제9조제1항, 제3항 관련)

| 구분     | 장 비 명                            | 점 검 사 항                                                                      |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 정밀분석장비 | 가스크로마토그래프                        | 전원연결상태, 자동시료주입기 작동상태, 오븐작동상태, 가스공급정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태, 검출기이상유무 등         |
|        | 액체크로마토그래프-이온크로마토그래프 포함           | 전원연결상태, 펌프작동상태, 검출기작동상태, 시료주입기작동상태, 칼럼정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태, 검출기 이상유무 등    |
|        | 가스크로마토그래프 매스, 매스매스, 토프매스         | 전원연결상태, 시료주입기작동상태, 오븐작동상태, 가스공급정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태, 검출기 이상유무 등           |
|        | 액체크로마토그래프 매스, 매스매스, 토프매스         | 전원연결상태, 펌프작동상태, 검출기작동상태, 시료주입기작동상태, 칼럼정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태, 검출기 이상유무 등    |
|        | 중금속분석기-ICP, AAS, ICP/MS, 수은전용분석기 | 전원연결상태, 시료주입구상태, 검출기작동상태, 가스공급상태, 점화상태, 펌프작동상태, 데이터시스템 정상유무, 청결상태, 검출기이상유무 등 |
|        | 분광광도계                            | 전원연결상태, 본체정상유무, 램프정상유무, 셀보관상태, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등                           |
|        | 참테스트                             | 전원연결상태, 본체작동정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등                                        |
|        | 레피드킷                             | 전원연결상태, 본체작동정상유무, 온도조절기정상유무, 청결상태 등                                          |
|        | Real-Time PCR                    | 전원연결상태, 히터작동상태, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등                                          |
|        | Image Analyze                    | 전원연결상태, UV작동상태, 조리개작동상태, 사진촬영정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등                       |
|        | 미생물동정기                           | 전원연결상태, 본체작동정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등                                        |
|        | 방사능(선) 분석장비                      | 전원연결상태, 본체정상유무, 검출기이상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등                                 |
|        | 단백질분석장비                          | 전원연결상태, 본체정상유무, 산·염기 적정장치 이상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등                          |
|        | DNA 염기서열분석기                      | 전원연결상태, 본체작동정상유무, 온도조절기정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등                             |
|        | 기타 최종 분석결과를 도출하여 판정하는 장비         | 기능 및 작동원리 등이 유사한 장비의 점검사항을 참조하여 점검                                           |
| 전처리장비  | 진탕기                              | 전원연결상태, 타이머정상유무, 속도조절기정상유무, 청결상태 등                                           |
|        | 진공회전농축기                          | 전원연결상태, 냉각수공급정상유무, 진공정상유무, 회전정상유무, 초자부품 파손유무, 수조온도조절정상유무, 청결상태 등             |
|        | 시료분쇄기                            | 전원연결상태, 회전정상유무, 칼날정상유무, 청결상태 등                                               |
|        | 시료균질기                            | 전원연결상태, 회전조절정상유무, 타이머정상유무, 청결상태 등                                            |
|        | 진탕항온수조                           | 전원연결상태, 온도조절정상유무, 속도조절정상유무, 수조누수여부, 청결상태 등                                   |

| 구분               | 장 비 명    | 점 검 사 항                                        |
|------------------|----------|------------------------------------------------|
|                  | 진공펌프     | 전원연결상태, 진공상태, 오일상태, 청결상태 등                     |
|                  | 질소미세농축기  | 전원연결상태, 가스공급관정상유무, 온도조절정상유무, 유량기정상유무, 청결상태 등   |
|                  | 원심분리기    | 전원연결상태, 회전조절정상유무, 청결상태 등                       |
|                  | 가속용매추출기  | 전원연결상태, 추출조정상유무, 온도조절정상유무, 압력조절정상유무, 청결상태 등    |
|                  | 벤치메이트    | 전원연결상태, 용매공급정상유무, 테이타시스템정상유무, 청결상태 등           |
|                  | 자동고상추출기  | 전원연결상태, 용매공급정상유무, 데이터시스템정상유무, 청결상태 등           |
|                  | 제빙기      | 전원연결상태, 물공급정상유무, 얼음제조정상유무, 청결상태 등              |
|                  | 진공원심농축기  | 전원연결상태, 진공정상유무, 회전정상유무, 초자부품 파손유무, 청결상태 등      |
|                  | 자외선멸균건조기 | 전원연결상태, 온도조절정상유무, 자외선조사정상유무, 청결상태 등            |
|                  | 열풍순환건조기  | 전원연결상태, 온도조절정상유무, 타이머정상유무, 청결상태 등              |
|                  | hangon수조 | 전원연결상태, 온도조절정상유무, 수조누수여부, 청결상태 등               |
|                  | 무균함      | 전원연결상태, 여과필터상태, 여과공기배출상태, 자외선조사정상유무, 청결상태 등    |
|                  | PCR      | 전원연결상태, 96웰 플레이트 온도 조절 상태, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등 |
| 기<br>타<br>장<br>비 | 냉장, 냉동고  | 전원연결상태, 온도조절정상유무, 문밀폐상태, 청결상태 등                |
|                  | 후드       | 전원연결상태, 램프상태, 배기팬정상유무, 문개폐상태, 청결상태 등           |
|                  | 초저온냉동고   | 전원연결상태, 온도조절기정상유무, 문밀폐상태, 청결상태 등               |
|                  | 순간온수기    | 전원연결상태, 온수공급상태, 청결상태 등                         |
|                  | 산도측정기    | 전원연결상태, 캘리브레이션정상유무, 전극정상유무및보관상태, 청결상태 등        |
|                  | 건조기      | 전원연결상태, 온도조절정상유무, 팬작동상태, 청결상태 등                |
|                  | 초순수제조장치  | 전원연결상태, 필터정상유무, 누수여부, 청결상태 등                   |

- \* 1. 위 이외의 장비는 기능 및 작동원리 등이 유사한 장비의 점검사항을 참조하여 점검  
 2. 세부 점검사항은 제작사, 공급사 등에서 장비 운용, 수리 및 유지보수를 위해 정한 매뉴얼 등을 참고하여 점검