

[별표 7]

분석용 가스 공급 및 관리시 유의사항 (제16조제3항 관련)

1. 공급업체 선정

- 고순도 분석용 가스를 안정적으로 공급하기 위하여 신뢰할 수 있는 공급업체 선정
- 선정기준
 - 분석용 고순도 가스(99.999%이상) 공급 가능 여부
 - 분석용 가스 취급경력 및 전문성 정도, 손해 발생시 배상 능력

2. 공급계약

- 분석용 가스는 종류 및 순도에 대한 검증이 어려움으로 인해 분석기기 오염 등 문제 발생 시 책임 소재가 불분명하므로 다음의 사항에 유의하여 공급계약 체결
- 계약기간 : 1년으로 하되 다음 연도 재계약 가능, 계약시 반영할 사항
 - 가스순도 보증 여부 및 보증한 순도보다 낮을 경우 배상조건
 - 기기오염 등 문제 발생시 책임한계 및 배상조건
 - 기타 가스 종류 및 순도 검증방법, 공급방법 등 필요한 사항
- 가스순도 및 오염 등에 대한 검증방법
 - 문제가 있다고 판단되는 가스는 봉인하여 한국표준과학연구원 등 가스분석 전문기관에 분석 의뢰

3. 공급방법

- 분석용 가스는 분석 대상성분, 분석기술의 숙련도 등에 따라 사용량이 다소 다르므로 정기공급 및 수시공급을 병행 실시
- 공급주기 : 가스 사용량을 고려하여 공급업체와 협의
 - 정기공급 : 매월 또는 매분기, 수시공급 : 택배 등 이용

4. 가스용기 관리

- 분석용 가스용기는 고순도용을 사용
- 가스용기에 가스종류 및 기관명 등을 표시하여 용기가 바뀌지 않도록 조치