

보조기기 제품 및 업소 등록기준(제3조제2항 관련)

1. 보조기기 제품 등록기준

가. 제6조에 따라 공단에 등록하는 보조기기(이하 이 호에서 "등록대상보조기기"라 한다) 중 전동휠체어 및 의료용 스쿠터는 「의료기기법」에 따라 식품의약품안전처장의 제조·수입 품목 허가를 받은 제품이어야 하고, 「의료기기법」 제19조에 따라 식품의약품안전처장이 정하는 「의료기기 기준규격」에 따른 전동휠체어 및 의료용 스쿠터의 형태 분류 중 다음에 해당하는 것이어야 한다.

- 1) 전동휠체어 가군: 등급 B(실내외 겸용) 또는 등급 C(실외용)
- 2) 전동휠체어 나군: 전동식 자세변경장치*가 장착된 등급B(실내외 겸용) 또는 등급 C(실외용)
 - * 틸팅 또는 틸팅을 포함한 리클라이닝 및 레그 엘리베이팅 기능 등이 결합된 장치
- 3) 전동휠체어(다군): 성장에 대응하여 좌석 크기 조절 기능이 장착된 등급B(실내외 겸용)으로 「의료기기법」 제3조에 식품의약품안전처장이 정하는 의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정에 따른 수동휠체어에 결합한 휠체어 동력 보조장치(A19010.03)를 포함한다.
- 4) 의료용 스쿠터: 등급 C(실외용)

나. 자세보조용구

- 1) 등록대상보조기기 중 앉기형 자세보조용구는 「장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 제2조에 따라 보건복지부장관이 고시한 「보조기기 품목분류 등에 관한 고시」에 따른 자세보조용구(3 18 09 39)에 해당하는 것으로서 공단이 정하는 품질 및 안전에 관한 기준을 충족하는 것이어야 한다.

품목 구분	구성품
몸통 및 골반지지대	등 지지대(등지지대, 측방 지지대 모두 포함) 몸통 및 골반 지지대(벨트, 시트벨트) 좌석쿠션 및 깔개(시트 지지대) 다리 및 발 지지대(측방지지대 시트, 대퇴 내전방지 지지대)

머리 및 목지지대	머리 및 목 지지대
팔 지지대 및 랩트레이(lap tray)	팔 지지대
	의자 장착형 랩트레이(lap tray) 및 탁자
다리 및 발지지대	다리 및 발 지지대(발판 분리된 것 포함, 하지 벨트)

2) 등록대상보조기기 중 서기형 자세보조용구는 「장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 제2조에 따라 보건복지부장관이 고시한 「보조기기 품목분류 등에 관한 고시」에 따른 기립틀 및 기립을 위한 지지대(1 04 48 39)에 해당하는 것으로서 공단이 정하는 품질 및 안전에 관한 기준을 충족하는 것이어야 한다.

다. 등록대상보조기기 중 욕창예방방석·욕창예방매트리스·이동식전동리프트·수동휠체어·보청기 및 의안은 「의료기기법」에 따라 식품의약품안전처장의 제조·수입 품목 허가(인증)를 받은 것이어야 하고, 욕창예방방석·욕창예방매트리스·전방보행차·후방보행차·몸통지지보행차·이동식전동리프트·수동휠체어는 다음에 해당하는 것이어야 한다.

품목 구분	세부기준
욕창예방방석 욕창예방매트리스	「산업표준화법」 제11조에 따라 산업통상자원부장관이 고시한 한국산업표준(KS)에 적합하다고 인증 받은 제품 * KS P 0236 (욕창예방방석), KS P 0234 (욕창예방매트리스)
전방보행차 후방보행차 몸통지지보행차	「산업표준화법」 제11조에 따라 산업통상자원부장관이 고시한 한국산업표준(KS)*에 적합하다고 인증 받은 제품 * KS P ISO11199-1, KS P ISO11199-2, KS P ISO11199-3 (양팔조작보행기) 또는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제14조 1항에 따른 안전확인시험기관에서 제15조 4항에 따른 안전기준에 적합하다는 확인 후 산업통상자원부장관에게 신고된 제품 또는 공단이 정하는 후방보행차·몸통지지보행차 품질 및 안전에 관한 기준을 충족한 제품

품목 구분		세부기준
이동식 전동리프트		「산업표준화법」 제11조에 따라 산업통상자원부장관이 고시한 한국산업표준(KS)과 관련된 규격 중 공단이 정하는 항목*에 대하여 적합하다고 인증 받은 제품 * KS P ISO10535 (장애인 이송용 호이스트) 중 4.1.2(인간 공학적요소), 4.1.3(소음), 4.3(안전요구사항), 4.7(성능), 4.8(상승률과 하강률(속도)), 4.9(구동력/구동토크), 4.12(내구성), 5.2(정적강도), 5.3(정적안정성), 5.4(고정장치(브레이크)), 5.5(이동력), 5.6(사용설명서)를 말함
수동 휠체어	일반형	「산업표준화법」 제11조에 따라 산업통상자원부장관이 고시한 한국산업표준(KS)에 적합하다고 인증받은 제품(KS P 6113 - 수동휠체어)
	활동형	KS P 6113(수동휠체어) 및 몸체무게(주행바퀴 제외) 8kg 이하, 등받이 높이는 시트 바닥면에서 200mm이상, 앞뒤방향으로 후륜축 조절이 가능한 것을 인증받은 제품
	틸팅형 /리클 라이닝 형	틸팅형 휠체어는 KS P 6113(수동휠체어) 및 시트 바닥면과 등받이가 동시에 각도 30°이상, 리클라이닝형 휠체어는 KS P 6113(수동휠체어) 및 등받이가 각도 45° 이상 뒤로 기울어지는 것을 인증받은 제품
	유모차 형	공단이 정하는 수동휠체어 유모차형 품질 및 안전에 관한 기준을 충족한 제품

(비고)

1. 각 보조기기는 최신의 해당 한국산업표준(KS) 및 안전기준에 부합하여야 한다.
※ 인증서류는 KOLAS 인증기관에서 발행한 공인시험성적서 만을 인정. 다만, KOLAS 공인시험성적서 발급이 불가능한 품목의 경우 의뢰시험성적서도 인정 가능.

2. 보조기기 업소 등록 및 관리기준

가. 의지·보조기·맞춤형 교정용 신발 판매업소

- 1) 업소는 아래 표의 인력 및 시설 기준을 충족하여야 한다. 다만, 법 제42조에 따른 요양기관에서 장애인의 효율적인 재활치료 등을 위하여 의사의 지도 아래 「의료기사 등에 관한 법률」에 따른 작업치료사를 배치하여 팔보조기만을 제조하는 경우에는 인력기준을 작업치료사 1명 이상으로 하고, 시설기준은 적용하지 아니한다.

구분	기준
인력	의지 · 보조기 기사 1명 이상
시설	용도별로 구분된 공간을 갖출 것 * 용도별 구분: 상담실, 작업실 등 제작에 필요한 공간

- 2) 업소는 「장애인복지법」에 따른 관련 규정을 준수하여야 하며, 가입자 또는 피부양자에게 제공한 보조기기가 신체장애 부위에 적합하게 제작되지 아니한 경우에는 별도 비용 없이 교정 또는 재(再)제작하여 제공하여야 한다.

나. 보청기 · 전동휠체어 · 의료용 스쿠터 · 욕창예방방석 · 욕창예방매트리스 · 이동식 전동리프트 · 수동휠체어 · 의안 판매업소

- 1) 업소는 아래 표의 시설 및 요건을 충족하여야 한다. 다만, 법 제42조에 따른 요양기관에서 의사가 진료행위에 병행 · 수반하여 의료기기를 판매하는 경우에는 아래 표의 기준을 적용하지 아니한다.

업소 구분	기준	
	시설	요건
제조 · 수입 판매업소	사무실을 둘 것	「의료기기법」에 따라 의료기기 제조 · 수입업 허가 및 판매업 신고를 한 사람
판매 업소	사무실을 둘 것	「의료기기법」에 따라 판매업 신고를 한 사람

- 2) 업소는 「의료기기법」에 따른 의료기기의 취급 및 관리 등 관련사항을 준수하여야 한다.
- 3) 업소는 규칙 별표 7 제1호나목에 해당하는 품목을 보험급여를 지급받으려는 가입자 또는 피부양자에게 판매하는 경우 공단에 등록된 제품에 한하여 판매하여야 한다.
- 4) 업소는 판매하는 보조기기에 대한 사용설명서 등을 구비하여 보험급여를 받고자 하는 자에게 사용법, 전반적인 관리요령 등에 대해 충분히 설명하여 가입자 또는 피부양자가 보조기기 사용에 불편함이 없도록 하여야 한다.
- 5) 업소는 제조 · 수입 · 판매한 제품의 결함 등으로 서비스를 요청 또는 의뢰받은 경우에는 지체 없이 서비스가 이루어질 수 있도록 조치하거나 제공하고, 그에 관한 기록을 작성 · 보존하여야 한다.
- 6) 업소는 수급자에게 보청기를 판매하는 경우 보청기 구매 계약서를 작성하여야

한다. 이 경우, 공단 이사장이 정하여 공고한 표준계약서 서식을 사용하거나 표준계약서에 명시된 사항을 포함하여야 한다.

다. 자세보조용구 판매업소

1) 다음 기준에 해당하는 인력·시설 등을 갖추어야 한다.

구분	기준
인력	다음 어느 하나 이상에 해당하는 인력이 근무할 것 가) 의지·보조기기사 또는 작업치료사 1명 이상 나) 관련 학과를 졸업하고 자세보조용구 제작 1년 이상의 경력을 가진 사람 1명 이상 * 관련학과: 재활공학, 의지보조기학, 작업치료학 다) 보조공학사 자격을 취득하고 자세보조용구 제작 1년 이상의 경력을 가진 사람 1명 이상
시설	용도별로 구분된 공간을 갖출 것 * 용도별 구분: 상담실, 작업실 등 제작에 필요한 공간 가) 제작업소: 제작 및 수리를 위한 공간을 82㎡ 이상의 공간을 갖출 것 나) 수입업소, 판매업소: 자세보조용구 유통 및 수리를 위한 공간을 49㎡이상 갖출 것

- 2) 업소는 자세보조용구에 대한 보험급여를 지급받으려는 가입자 또는 피부양자에게 판매하는 경우 공단에 등록된 제품에 한하여 판매하여야 한다.
- 3) 업소는 「장애인복지법」에 따른 관련 규정을 준수하여야 하며, 자세보조용구 처방전에 따라 신체평가표를 작성하여 제작·수리하여야 한다. 이 경우 가입자 또는 피부양자에게 제공하는 보조기기가 자세유지에 적합하게 제작되지 아니한 경우에는 최소 1년 이상의 기간 동안 별도 비용 없이 교정 또는 재제작하여 제공하여야 한다.
- 4) 업소는 판매하는 보조기기에 대한 제품설명서, 사용설명서 등을 구비하여 보험급여를 받고자 하는 사람에게 사용법, 전반적인 관리요령 등에 대해 충분히 설명하여 가입자 또는 피부양자가 보조기기 사용에 불편함이 없도록 하여야 한다.
- 5) 업소는 그 제조·수입·판매한 제품의 결함 등으로 서비스를 요청 또는 의뢰받은 경우에는 지체 없이 서비스가 이루어질 수 있도록 조치하거나 제공하고, 그에 관한 기록을 작성·보존하여야 한다.
- 6) 자세보조용구 제품의 안전한 사용을 위하여 최소 1년 이상의 무상 애프터서비스를 제공하고, 그 후 2년 이상의 유상 애프터서비스를 제공할 수 있도록, 보조기기의 내구연한인 최소 3년까지는 등록 제품의 부속품을 보존하여야 한다.