

측정결과 기재방법

가. 측정결과와 기재

항목별 측정결과와 기재방법은 별도로 지정하지 않는 한 아래방법에 따른다.

항 목	기재방법	비 고
수온	소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 셀리우스(℃) 단위로 기록한다.	
수소이온농도	소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 기록한다.	
용존산소	소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 mg/L 단위로 기록한다.	
전기전도도	소수점이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점이하 셋째자리까지 mS/cm 단위로 기록한다.	
탁도	소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 NTU 단위로 기록한다.	
클로로필-a	소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 $\mu\text{g/L}$ 단위로 기록한다.	

나. 측정자료의 측정값 처리방법

수치땀음법에 의해 기재된 항목별 측정자료의 평균값은 산술평균한 값이 표시자릿수 이하 다음 자리의 수가 5이상 일 때는 끊어 올리고 표시자릿수 이하 다음 자리의 수가 5미만일 때는 끊어 버린다.