

연구실 일일 안전점검표(월)

부 서 명 : (호 실) :

점 검 사 항			점 검 결 과																											비 고
		일 자																												
공 통	일 반	연구실 정리정돈 및 청소상태																												
		구급함 및 개인 보호 장비 수량·관리 상태																												
		연구종사자에 대한 안전교육 실시 여부																												
		수도시설의 잠금 및 누수 점검																												
		연구실 안전관리규정 및 사고발생시 대처요령 비치 여부																												
선택	소 방	연구장비 관리상태																												
		인화성 물질 근접 화기 여부																												
		소화기 유무 및 적정 관리상태 여부																												
	전 기	비상구 유도등 점검 및 비상통로 주변 장애물 적재 여부																												
		전기배선 피복 상태 및 파손 여부																												
		전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부																												
		접지형 콘센트 사용 및 문어발식 접속으로 인한 과부하 여부																												
		미사용 장비 전원 차단 여부																												
	가 스	전기 분전반 주변 이물질 적재 여부																												
		가스배관 상태, 가스흐름표기 및 미사용 배관 막음 여부																												
		가스 누출 및 가스용기 전도방지 여부																												
	화 학	미사용 가스용기 보호캡 잠금 여부																												
		실제 사용할 화학물질에 대한 MSDS 비치 여부																												
		초자 정리정돈(시약병 개봉 및 낙하 위험 등) 여부																												
		폐액용기 분류 적정 관리(보관량 및 라벨 부착) 여부																												
		시약의 성분·종류별 분리보관 및 시약장 시건 여부																												
새싹 및 아이스	위 생	소량을 덜어서 사용하는 통 및 보관통 적정 경고 표시 여부																												
		시약의 입고일 기록 및 보관기간 준수 여부																												
		음식물 반입 및 섭취 여부																												
	실험 장비	손상성 폐기물 전용 폐기용기 사용 및 덮개 설치 여부																												
		배기장치(흡후드 등) 관리 상태																												
		동물(원생/사육)의 적정보관 여부																												
		연구종료 생물검체의 적정 분리처리 여부																												
		원생동물 보관장비 적정 작동 여부																												
	세균 및 바이러스	보관세균의 안전성 여부																												
		세균보관 장치의 정상작동 여부																												
		세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부																												
		바이러스 균주 보관 안전상태																												
		실험폐액 멸균 등 적정처리 여부																												
		보관장치 작동 여부																												
확인자 (서명)	연구실안전관리담당자																													
	연구실책임자																													

※ 연구실 일일 안전점검표 작성시 유의사항

1. ‘선택점검사항’은 각 연구실별로 해당되는 분야에만 점검한다.
2. ‘점검결과’란에는 안전점검 결과에 따라 다음과 같이 표기한다.
: ○(‘적정’), △(‘미흡/개선 필요’), ×(‘부적정/긴급조치 필요’)
3. ‘비고’란에는 안전점검 결과 ‘×(부적정/긴급조치 필요)’ 해당 사항이 있을 경우 개선대책, 조치결과 등을 기재한
4. 연구실과 연구실책임자의 근무지가 원거리인 경우 연구실안전환경관리자가 점검결과 확인