

[별표 5]

품질관리 기준 평가표 (제9조 관련)

1. 평가 대상 기관 개요

기 관 명		대 표 자	
소 재 지			
전 화 번 호		F A X 번 호	
기 관 의 종 류	☐ 식품 등 시험·검사기관 ☐ 의료기기 시험·검사기관 ☐ 축산물 시험·검사기관 ☐ 화장품 시험·검사기관 ☐ 의약품 등 시험·검사기관 ☐ 위생용품 시험·검사기관		
업 무 범 위	☐ 자가품질위탁검사 ☐ 수입·수거 또는 검사명령검사 ☐ 표시검사 ☐ 품목·제조가공검사 ☐ 식품안전관리인증검사 * 식품 등 또는 축산물 시험·검사기관에 한함		
시험·검사항목			
평 가 일 자			

2. 평가 결과

최종 평가결과	☐ 적 합	필수항목	적합()개 / 부적합 ()개
	☐ 부적합	환산점수 합	
평가내용	평가자 의견		
일반요구사항			
조직의 운영			
시설 및 장비			
시험·검사			
품질 보증			

3. 평가단

소속	직위(급)	성명	서명(인)
			(인)
			(인)
			(인)

4. 품질관리 기준 점검 및 평가표

평가 항목		평가기준			
		우수	보통	미흡	해당 없음
I. 일반요구사항					
1. 공정성(30점)					
가.	시험·검사를 공정하게 수행할 수 있도록 내·외부적 저해 환경을 차단하는 규정을 마련하고, 적절히 운영·관리되고 있는 지 여부	15	7.5	0	
나.	시험·검사에 따른 대·내외적 리스크를 지속적으로 공정하게 확인하고, 확인된 리스크를 제거 또는 최소화한 후 그 결과 및 기록 보유 여부	15	7.5	0	
2. 기밀유지(45점)					
가.	시험·검사 수행 시 발생한 정보에 대해 책임있는 관리 규정을 마련하였는지 여부	15	7.5	0	
나.	시험·검사기관과 시험·검사 의뢰자가 동의한 경우를 제외한 모든 정보를 기밀정보로 취급하는지 여부	15	7.5	0	
다.	시험·검사기관이 법률 또는 당사자 간의 계약에 따라 규정된 범위 내에서만 시험·검사 의뢰자에게 제공된 정보를 통보하고, 해당 기관 활동 중 획득 또는 생산된 모든 정보에 대해 기밀을 유지하는지 여부	15	7.5	0	
3. 리스크와 기회를 다루는 조치(25점)					
가.	시험·검사기관의 활동에서 바람직하지 않은 영향과 잠재적 실패를 예방하거나 감소하도록 리스크와 기회를 고려한 업무 규정과 절차를 마련하였는지 여부	15	7.5	0	
나.	시험·검사기관의 리스크 및 기회를 다루는 조치에 대하여 정기적으로 그 효과성을 평가하는지 여부	10	5	0	
I. 일반요구사항 점수 계(100점)					
II. 조직의 운영					
1. 품질관리체계(31점)					
필수 항목	법률적으로 책임질 수 있는 조직인지의 여부	☐ 적합 ☐ 부적합			
	조직 및 기능에 대한 공식적인 권한을 가진 자로 운영책임자 지정·운영 여부	☐ 적합 ☐ 부적합			
	시험·검사책임자(1명 이상) 및 업무대행자 지정·운영 여부	☐ 적합 ☐ 부적합			
	품질보증책임자(1명 이상) 및 업무대행자 지정·운영 여부	☐ 적합 ☐ 부적합			
	적정한 수의 시험·검사원 확보 여부	☐ 적합 ☐ 부적합			
	시험·검사원에 대하여 시험·검사 능력 평가 후 자격 임명 여부	☐ 적합 ☐ 부적합			
가.	품질보증책임자의 독립된 업무 수행 여부	3	-	0	
나.	해당직원이 갖추어야 하는 학력, 전공 또는 경력 등의 자격요건 규정 여부	5	-	0	
다.	보조 시험·검사원을 활용할 경우 이에 관한 절차 및 업무 범위 규정 여부(해당하는 경우)	5	-	0	
라.	시험·검사기관의 모든 직원이 내·외부의 부당한 압력으로부터 독립성을 확보하기 위한 예방책 마련 여부	5	-	0	
마.	책임자 및 시험·검사원의 책임과 권한, 업무범위 및 위임전결사항 규정 여부	5	-	0	
바.	운영책임자는 시험·검사기관 품질관리시스템의 효과성과 의뢰자의 요구사항이 충족될 수 있도록 의사소통을 보장하는지 여부	5	-	0	
사.	운영책임자는 품질관리시스템이 변경 될 경우 온전성이 유지되도록 보장하는지 여부	3	-	0	

2. 시험·검사원의 적격성(22점)								
필수 항목	시험·검사기관 인원의 적격성에 대한 절차를 마련하여 교육, 자격, 훈련, 지식, 기술 및 경력 등 적격성을 갖추었는지 여부				☐ 적합 ☐ 부적합			
	시험·검사원이 업무를 수행하는데 필요한 교육훈련(수시 교육훈련 포함) 절차에 대한 문서화 여부				☐ 적합 ☐ 부적합			
가. 시험·검사와 관련된 교육·훈련의 기회를 직원에게 제공하기 위한 교육 계획을 매년 수립하고 계획에 따라 책임자 및 검사원의 교육을 이수하고 교육 관련 기록을 유지·관리하는지 여부					6	3.0	0	
나. 시험·검사기관 인원이 담당 업무에 대하여 규정에 맞게 수행하고 있는지 적격성에 대하여 평가할 수 있는 절차를 보유하고 평가하는지 여부					6	3.0	0	
다. 운영책임자가 시험·검사기관 인원의 의무, 책임 및 권한에 대하여 의사소통하고 있는지의 여부					5	-	0	
라. 책임자 및 시험·검사원에 대하여 시험방법 유효성 검증, 시험결과 적합여부 판정, 시험결과 보고, 검토 및 승인에 대한 권한을 부여했는지의 여부					5	-	0	
3. 품질관리 문서(24점)								
필수 항목	시험·검사 결과의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위한 품질관리 문서 보유 여부				☐ 적합 ☐ 부적합			
가. 품질관리 문서의 제·개정 및 폐지 시에는 권한이 있는 책임자의 승인을 받고, 그 내용과 날짜를 기록하여 항상 최신본으로 유지·관리하는지 여부					5	2.5	0	
나. 식품의약품안전처의 정책 및 관련 규정 등이 변경되면 품질관리 문서에 신속히 반영하여 운영하는지 여부					5	-	0	
다. 유효하지 않은 품질관리 문서로 인해 발생할 수 있는 오류를 방지하기 위한 대책을 마련하는지 여부					5	-	0	
라. 핵심 책임자 및 시험·검사원 등이 승인된 품질관리 문서를 효율적으로 활용할 수 있도록 하는지 여부					4	-	0	
마. 품질관리 문서를 주기적으로 검토하는 절차를 마련하고 이행하는지 여부					5	2.5	0	
4. 문서 및 기록물의 보관(11점)								
필수 항목	시험·검사와 관련한 문서 및 기록물을 시험·검사성적서의 보관기간과 동일하게 보관하는지 여부				☐ 적합 ☐ 부적합			
가. 시험·검사와 관련한 문서 및 기록물의 내용을 변경하는 경우에는 변경 전의 기초 자료, 변경내용, 변경자의 이름, 변경 일자, 변경 이유를 명확히 기재하는지 여부					5	2.5	0	
나. 모든 문서 및 관련기록은 읽기 쉽게 작성되었는지 여부					3	-	0	
다. 모든 기록물은 안전하고 비밀이 보장되도록 관리되고 있는지 여부					3	-	0	
5. 제품 및 서비스 구매(12점)								
가. 시험·검사와 관련한 제품(장비, 기구, 초자, 시약 등) 및 서비스(교육, 장비관리 등) 구매에 대하여 기술적 내용 등의 요구사항, 공급자 평가·선정 기준, 검수 및 보관 등에 관한 절차 마련 여부					4	2.0	0	
나. 외부에서 제공되는 제품 및 서비스는 적절한 것만 사용하고 있는지의 여부					4	-	0	
다. 절차서에 따라 제품 및 서비스의 구매·검수를 하고, 그 이행 기록을 유지·관리하는지 여부					4	-	0	
Ⅱ. 조직의 운영 점수 계(100점)								

Ⅲ. 시설 및 장비				
1. 시설 및 환경(25점)				
필수 항목	시험검사실은 교차오염 방지를 위하여 전처리실, 기기실, 미생물실 등으로 분리되어 있는지 여부			☐ 적합 ☐ 부적합
가. 시험·검사의 신뢰성에 영향을 주는 간섭이 최소화되도록 시험·검사 업무에 필요한 시설 등을 확보하여 적절하게 배치하고 있는지 여부	5	-	0	
나. 필요한 경우, 시험·검사 업무에 사용되는 장비 및 기구 등이 교차오염원으로부터 분리되어 있는지 여부	5	-	0	
다. 화학물질, 감염성 물질, 고전압 장치 등을 적절히 분리하여 보관하는지 여부	5	-	0	
라. 시험·검사 항목의 특성에 따라 적합한 환경조건(온·습도, 환기, 조명)을 설정하고 이러한 조건들이 항상 유지됨을 보장하기 위해 기록·관리하고 있는지 여부	5	2.5	0	
마. 시험·검사 결과에 영향을 미치지 않도록 시험·검사구역을 설정하고 외부인의 접근 및 이용을 적절히 통제할 수 있는 절차를 보유하고 이행하는지 여부	5	-	0	
2. 장비 및 기구(34점)				
필수 항목	시험·검사를 위한 적절한 장비, 기구, 초자의 보유 여부			☐ 적합 ☐ 부적합
가. 시험·검사 업무에 필요한 주요 장비에 대한 지침서를 마련하였는지 여부(교정 또는 점검 주기 및 방법 포함)	5	2.5	0	
나. 시험·검사에 사용되는 주요 장비에 고유의 장비코드를 부여하고 담당자를 지정하여 관리 하는지 여부	5	2.5	0	
다. 정기점검 대상 장비 및 기구(필요시 외부점검 포함)를 적절히 선정하여 이에 대한 기록을 유지·관리하는지 여부	5	2.5	0	
라. 장비 및 기구 등에서 이상이 발견된 부적합 장비는 정비 또는 수리를 실시하고 정상적인 작동을 증명할 수 있을 때까지 사용하지 않으며 라벨을 부착하여 표시하고 기록을 유지·관리하는지 여부(해당하는 경우)	4	2.0	0	
마. 장비 및 기구는 시험·검사 방법에 가장 적합한 것을 사용해야 하며, 사용 후의 장비 및 기구는 즉시 멸균, 소독, 세척, 청소 등 차후의 시험·검사에 이용될 수 있는 적절한 성능과 상태를 유지하도록 관리하는지 여부	5	2.5	0	
바. 장시간 사용하지 않는 장비에 대하여 별도의 장소에 배치하거나 별도의 표식을 하여 사용자가 인지할 수 있도록 하는지 여부	5	2.5	0	
사. 장비에 대한 사후관리(교정, 점검, 부속 교체, 수리 등) 이력을 통합 기록관리하는지 여부	5	2.5	0	
3. 보관 시설(10점)				
가. 시료를 변질·손상 없이 유지·보관하기에 적합하도록 보관시설을 갖추고, 환경조건을 모니터링 하여 기록·관리 하는지 여부	5	2.5	0	
나. 시험·검사에 필요한 시약 등은 감염이나 오염 또는 품질저하를 방지할 수 있는 적절한 보관 시설을 갖추고, 환경조건을 모니터링 하여 기록·관리하는지 여부	5	2.5	0	
4. 시험·검사실 안전관리(23점)				
가. 시험·검사실 안전관리에 대한 절차(예방 대비책 포함)를 보유하고 있는지 여부	4	-	0	
나. 시험·검사실 안전사고 예방·대비책 수립 및 시설·장비(비상사위기, 소화기 등) 구비 여부	5	-	0	
다. 화학물질, 고압가스 위험물 등에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 비치 및 위험문구 식별표시(GHS) 대상 등 산업안전보건법, 고압가스안전관리법 등 관계 법령을 준수하는지 여부	4	2.0	0	
라. 직원이 위험에 노출되지 않도록 적절한 보호장비(안전보호구 등)를 제공하고 이를 사용하여 시험·검사 업무를 수행하는지 여부	5	-	0	
마. 실험실 안전사고 예방을 위한 주기적인 교육·훈련 실시 여부	5	-	0	
5. 폐기물 관리(8점)				
가. 폐기물을 안전하게 처리할 수 있는 시설·설비를 갖추고 있는지 여부	4	-	0	
나. 폐기물의 수집, 보관, 처리, 오염제거, 운반 등이 관련 법규를 준수하는지 여부	4	-	0	
Ⅲ. 시설 및 장비 점수 계(100점)				

IV. 시험·검사								
1. 시료의 취급 등(15점)								
필수 항목	시료 접수 시 고유의 식별표시를 하여 관리하고 있는지 여부				☐ 적합		☐ 부적합	
가. 시료의 취급 절차(부적합 시료 취급 포함)를 문서화하고 있는지 여부					3	-	0	
나. 시료를 운송 시 적절하게 운송하는지 여부					3	-	0	
다. 시료를 인수 시 시료의 정보, 상태, 양 등을 적절하게 확인하는지 여부					3	-	0	
라. 접수된 시료는 오염·변질·손상되지 않도록 관리하는지 여부(부적합 시료 포함)					3	-	0	
마. 시료의 보관·폐기·반환에 대하여 절차에 따라 적절히 기록하고 있는지 여부					3	-	0	
2. 시약 및 재료(19점)								
필수 항목	표준품, 시약 및 배지는 유효기간이 지나지 않은 것을 사용 하는지 여부(다만, 품질변화 이상 유무 확인 등의 유효성을 검증한 경우에는 유효기간이 지난 것이라도 사용할 수 있음)				☐ 적합		☐ 부적합	
가. 시약(키트 포함), 배지, 표준물질(표준원액 포함), 표준균주 등의 식별·관리에 대한 절차를 문서화하고 관리담당자 지정 여부					3	1.5	0	
나. 표준물질(표준원액 포함)의 유효기간 내의 표준물질을 사용하는지 여부(단, 유효기간이 없는 표준물질을 사용하는 경우 주기적인 유효성 검증 실시 여부)					3	1.5	0	
다. 제조 용액 등(미생물 배지 포함)의 명칭, 제조자, 제조일, 제조방법 및 유효기간과 관련된 정보를 라벨 등을 이용하여 사용자가 쉽게 이용할 수 있도록 기록하는지 여부					4	2.0	0	
라. 제조용액(미생물 배지 포함)의 유효기간 설정에 대한 절차 및 근거자료를 보유하여야 하고, 미생물 배지를 제조하여 사용하는 경우 유효성을 정기적으로 확인하고 시험 하는지 여부					3	1.5	0	
마. 시약제조 등 시험·검사 업무에 사용하는 정제수 또는 증류수 등의 관리 여부(정제수 또는 증류수를 사용하지 않는 경우 ‘해당없음’)					3	-	0	
바. 변질 또는 유효기간이 경과한 시약 등을 처리하는 절차를 마련하고 해당 절차에 따라 처리하는지 여부(시약을 사용하지 않는 경우 ‘해당없음’)					3	-	0	
3. 시험·검사의 실시 및 기록(21점)								
필수 항목	시험·검사는 품질관리 절차에 따라 실시하고, 시험·검사 방법은 관련 규정에 적합한지 여부				☐ 적합		☐ 부적합	
	실험실정보관리시스템 사용 여부				☐ 적합		☐ 부적합	
	시험·검사 장비에 시험·검사결과 수정 등을 포함한 모든 작업기록을 유지·보존할 수 있는 기록관리시스템을 설치·운영하는지 여부(해당 장비에 한함)				☐ 적합		☐ 부적합	
	미생물 등 수기로 기록하는 시험·검사 항목은 시험·검사 과정 및 결과를 확인할 수 있는 사진, 실험노트 등의 자료를 기록, 보관하는지 여부				☐ 적합		☐ 부적합	
	시험·검사 실시 절차의 문서화(소요 기간, 수수료, 적정검사 건수 규정) 및 준수여부				☐ 적합		☐ 부적합	
가. 시험·검사에 사용된 시약, 표준물질, 장비 등의 품질은 시험·검사의 목적에 적합한지 여부					3	-	0	
나. 시험·검사 판정 관련 기록은 내용을 정확하게 지워지거나 훼손되지 않는 방법으로 기록하는지 여부					3	-	0	
다. 컴퓨터 온라인체제로 저장된 기록(기초자료 포함)의 보호 및 백업(back-up), 이들 기록에 대한 무단 검색 또는 수정 방지를 위한 절차의 보유 여부					4	2.0	0	
라. 분석·측정 장비의 출력물을 기초자료로 활용하기 위하여 출력물의 전체 또는 일부분을 취급하는 경우, 그 취한 부분의 여백에 시료 식별 번호, 시험·검사원 성명 또는 서명, 시험·검사 일자 등을 기재하는지 여부					3	-	0	
마. 컴퓨터시스템 등의 실험실정보관리시스템으로 기초자료를 처리·기록·전송·보관하는					4	2.0	0	

경우 실험실정보관리시스템이 사용목적에 적합하게 유지되는지 검증 여부(다만, 식품의약품안전처장이 구축·운영하는 실험실정보관리시스템을 이용하는 경우에는 시스템 검증을 생략할 수 있다.),					
바. 기초자료에 시료식별번호 및 시료명, 시험·검사책임자, 시험·검사원 성명, 시험·검사 일시(완료 일시 포함), 시험·검사항목, 시험·검사방법의 명칭 또는 품질관리 문서의 번호, 분석(측정) 장비 또는 장비 관리번호, 분석(측정) 조건, 표준용액 등의 제조 기록 또는 표준물질의 관리번호, 시료 채취량, 시험·검사 용액의 제조과정 및 최종부피, 표준물질 및 시험·검사 용액 등의 측정값, 계산 및 결과값, 공시험·검사 결과값(필요시), 회수율 결과(필요시), 검출한계 또는 정량한계(필요시) 등의 기재 여부 및 기초자료 관리 여부		4	2.0	0	
4. 시험·검사 결과의 보고(14점)					
필수 항목	시험·검사책임자에게 보고한 후 시험·검사성적서를 발급하는지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합			
	시험·검사원이 시험·검사 종료 후 시험·검사를 절차와 방법에 맞게 수행하였는지 확인 여부	☐ 적합 ☐ 부적합			
가. 시험·검사성적서는 오해, 오용 및 위·변조의 가능성을 방지하도록 설계되었는지 여부		4	-	0	
나. 시험·검사 결과에 문제가 발생한 경우 시험·검사성적서의 회수 등 시정조치가 적절하게 이루어지는지 여부 및 그 내용의 기록·관리 여부(해당하는 경우)		4	-	0	
다. 시험·검사성적서 내용에 대한 책임은 의뢰자가 제공한 경우를 제외하고, 모든 내용에 대한 책임이 있음을 명시하였는지 여부		3	-	0	
라. 시험·검사성적서의 변경, 수정 또는 재발급 절차를 마련하고, 변경된 정보를 명확히 기록하며 변경 사유가 성적서에 포함되어있는지의 식별 가능 여부		3	-	0	
5. 의뢰, 입찰 및 계약의 검토(14점)					
필수 항목	의뢰, 입찰 및 계약 요건을 문서화하고, 요구사항을 충족시킬 수 있는 능력과 자원을 보유하고 있는지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합			
가. 의뢰자가 요청한 시험·검사 방법이 적절하지 아니한 경우에는 이를 고객에게 고지하는지 여부		5	-	0	
나. 계약의 변경사항이 발생하는 경우에 시험·검사의뢰자에게 알리고, 시험·검사가 시작된 후 계약이 수정되었다면 다시 계약 검토를 진행했는지의 여부, 수정사항의 영향을 받는 모든 시험·검사원에게 전달되고 있는지 여부		5	2.5	0	
다. 시험·검사 의뢰자가 시험·검사 활동을 모니터링 할 수 있도록 협조하고 있는지 여부		4	-	0	
6. 불만 처리(10점)					
가. 시험·검사의뢰자 또는 업무관계자 등의 불만사항 발생에 대비하여 불만 접수, 평가 및 의사결정에 대한 절차를 갖추고, 이해관계자의 불만처리 절차 세부내용 요청 시 수용 가능 여부, 불만처리 절차의 모든 결정 단계에 대해 해당 시험·검사기관이 책임지고 있는지의 여부		5	2.5	0	
나. 불만 접수, 타당성 확인, 불만 조사 절차 및 조치방법 결정 절차가 있어야 하고, 불만 해결을 위해 적절한 조치를 하고 이의 기록 및 결과를 통보하는지 여부		5	2.5	0	
7. 부적합 시험·검사 업무의 처리(7점)					
가. 부적합 시험·검사의 업무 처리에 대한 관리 책임 및 권한을 포함한 절차를 보유하고, 수립한 기준에 근거하여 조치를 하는지 여부		4	2.0	0	
나. 가목에 대한 평가 결과가 재발 가능성이나 해당기관의 경영시스템과 운영 적합성에 의문이 있는 경우에 추가적인 조치를 이행했는지의 여부		3	-	0	
IV. 시험·검사 점수 계(100점)					

V. 품질보증				
1. 품질보증 업무(12점)				
필수 항목	판정이 모호한 경우, 판정이 확실해질 때까지 시험·검사 실시 절차 보유 및 실행 기록·관리 유무	☐ 적합 ☐ 부적합		
가.	품질보증책임자 또는 품질보증담당자가 시험·검사 업무와 직접적인 관련이 없는 상태에서 품질보증 업무를 수행하는지 여부	4	-	0
나.	품질보증 절차의 문서화 여부 및 품질보증 절차에 따른 업무 수행 여부	4	2	0
다.	책임자 및 검사원 등의 품질관리기준 숙지 및 이해 여부	4	2	0
2. 내부심사(13점)				
필수 항목	내부심사를 매년 1회 이상 실시하는지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합		
가.	내부심사에 대한 연간계획 수립 여부와 내부심사반 구성 및 시행에 해당 시험·검사 관련 인력이 배제되어있는지 여부	5	2.5	0
나.	계획에 따른 내부심사 실시 및 내부심사 결과보고 작성·유지 여부	5	2.5	0
다.	내부심사 결과 시정조치가 필요한 경우 원인분석을 포함한 시정조치 및 유효성 검토 결과를 운영책임자에게 보고하였는지 여부 및 관련 기록의 유지·관리 여부	3	1.5	0
3. 개선 및 시정조치(12점)				
필수 항목	품질보증체계에서 벗어나거나, 행정기관이 지적하거나, 시험·검사의뢰자가 이의를 제기하거나, 내부심사에서 미흡하다고 지적된 사항에 대한 시정조치 절차 문서화 여부	☐ 적합 ☐ 부적합		
가.	지적사항 발견시 시정조치 절차에 따른 이행(필요시 중요도 평가 실시)여부 (해당하는 경우)	4	-	0
나.	시정조치 결과(원인분석 포함) 검토 후 시험·검사 재개 또는 유효한지 검증 여부 (해당하는 경우)	4	2.0	0
다.	운영책임자가 개선이 필요하다고 판단하여 지시한 개선요구사항은 원인분석을 포함한 시정조치를 실시하고 관련 기록을 유지·관리하는지 여부	4	2.0	0
4. 숙련도 평가(15점)				
필수 항목	1회/2년 이상 주요 시험 항목에 대하여, 식품의약품안전처장이 실시하는 숙련도 평가 등의 외부 숙련도 평가에 참여하고 각 시험·검사원은 담당 주요 시험 항목에 대하여 외부 또는 내부 숙련도 평가에 참가하였는지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합		
가.	내·외부 숙련도 평가에 대한 연간계획 수립 여부	5	-	0
나.	내·외부 숙련도 평가 계획에 따른 숙련도 평가를 실시하였는지 여부	5	2.5	0
다.	내·외부 숙련도 평가에 대한 결과보고서 작성·평가 여부 및 미흡하여 시정조치가 필요한 사항에 대한 시정조치 실시와 관련기록 유지·관리 여부	5	2.5	0
5. 측정불확도 평가 및 검토(18점)				
필수 항목	측정불확도 평가와 관련한 절차서를 보유하고 측정불확도 평가를 수행한 실적이 있는지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합		
가.	시험·검사에 사용하는 장비의 교정성적서와 표준품의 인증서에서 제공되는 측정불확도 정보를 측정불확도 평가에 반영하고 있는지 여부(단, 교정서비스를 이용할 수 없는 장비와 측정불확도를 제공하지 않는 표준물질의 경우는 다른 평가방식으로 가능함)	4	2.0	0
나.	주요 장비를 이용한 측정불확도 평가 수행 후 각 측정불확도 요인에 대한 기여도를 분석하는지 여부	3	-	0
다.	측정불확도 평가시 불확도 요인은 최신 교정성적서 정보 등 최신의 문서를 이용하여 수행하는지 여부	3	-	0
라.	측정불확도 평가의 방법과 절차가 국제적 지침 또는 이에 준하는 기준에 적합한지 여부	4	-	0
마.	시험·검사 결과가 기준 및 규격에서 벗어나고 고객 및 행정기관이 요구하는 경우, 측정불확도를 평가하고 보고하였는지 여부(해당하는 경우)	4	-	0

6. 측정소급성(15점)				
필수 항목	측정소급성 관리를 위한 절차의 보유 여부			☐ 적합 ☐ 부적합
가. 측정소급성 관리를 위해 교정기관의 교정서비스 이용이 가능한 장비의 교정을 수행하는지와 인증표준물질(CRM)을 정량시험에 사용하는지 여부[단, 국제적으로 보급되는 인증표준물질이 없는 경우 적절한 표준물질(RM) 사용 가능]		3	1.5	0
나. 측정소급성 관리에 필요한 연간 교정계획과 표준물질(표준균주 포함) 관리계획 수립 및 계획에 따른 교정 실시와 기록 관리의 적절성 여부		3	1.5	0
다. 시험·검사 결과가 국제단위계(International system of units, SI)에 소급되고 있는지의 여부		3	1.5	0
라. 국제단위계로 측정소급성 입증에 기술적으로 불가능한 경우, 적절한 기준으로 측정소급성을 입증하였는지의 여부		3	1.5	0
마. 교정 및 표준물질 정보의 최신 기준값 및 보정계수를 시험·검사에 적용하는지의 여부		3	1.5	0
7. 시험검사 방법의 유효성 검증(15점)				
필수 항목	시험·검사 방법을 도입하기 전에 그 방법을 올바르게 수행할 수 있음을 자체 검증하는 절차를 보유하고 있는지 여부			☐ 적합 ☐ 부적합
가. 시험·검사 방법의 유효성 확인 또는 검증을 수행하고 기록을 유지하였는지 여부		3	1.5	0
나. 시험·검사기관에서 실시하는 시험·검사 방법의 유효성 검증 절차에 있어서 유효성 검증 요인의 적절성 여부		3	1.5	0
다. 분석 장비를 이용하는 시험·검사 방법의 유효성 검증 시 우선적으로 인증표준물질(CRM)을 사용하고, 표준물질(RM) 또는 이에 상응하는 표준품 등 사용 여부		3	1.5	0
라. 시험·검사 업무와 관련된 모든 지침, 규격 및 참고자료를 반드시 최신본으로 보유·적용하고 규격 등의 갱신여부를 정기적으로 파악하는지 여부		3	-	0
마. 시험방법 개발 또는 시험방법 변경 등의 유효성 확인이 필요한 경우에 식품의약품안전처 지침서 등에 따라 적절한 절차를 갖추었는지 여부		3	-	0
V 품질보증 점수 계(100점)				
<환산점수 계산>				
대분류 항목	취득점수(A)	계산점수(C) [(A/(100-B)×100]	가중치(F)	환산점수(C _F) 소계 (C _F =C×F)
	평가제외점수(B)			
I. 일반요구사항			0.10	
II. 조직의 운영			0.20	
III. 시설 및 장비			0.20	
IV. 시험·검사			0.25	
V. 품질보증			0.25	
환산점수(C _F) 합계				