

[별표 4]

심사원 교육·훈련기관의 지정 기준(제8조 관련)

1. 교육·훈련 시설 및 장비

- 가. 심사원 교육·훈련기관은 교육시설을 소유하고 있거나 교육이 진행되는 기간 동안 계속하여 임차하여야 한다.
- 나. 교육·훈련 시설에는 강의실, 휴게실, 화장실(남녀 구별이 되어야 한다) 및 주차장 등이 있어야 한다.
- 다. 강의실은 바닥 면적이 150㎡ 이상인 것(예상 교육인원이 100명을 초과 하는 경우 초과 1인당 1.5㎡씩 추가 확보)으로서 1개 이상이어야 한다.
- 라. 강의실에는 교육인원에 충분한 의자·탁자 등이 갖추어져 있어야 하고, 시청각 교육이 가능하도록 스크린·음향시설 등이 설치되어 있어야 하며, 적절한 환기시설 및 조명시설 등이 있어야 한다.
- 마. 교육·훈련 시설은 휴대용 컴퓨터·빔 프로젝트 등 교육에 필요한 장비를 갖추어야 한다.

2. 교육·훈련 인력 및 교육과정

가. 교육·훈련 인력

- 1) 심사원 교육·훈련기관은 1명 이상의 교육·훈련관리자를 지정하여 운영 전반을 감독하도록 하여야 한다.
 - 2) 심사원 교육·훈련기관은 다목에서 정하는 교육과정을 적정하게 운영할 수 있도록 필요한 자격과 역량을 갖춘 교육강사를 확보하여야 한다.
- 나. 교육강사의 자격요건은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어야 한다.
- 1) 「고등교육법」에 따른 전문대학 이상의 대학에서 교육과정 관련 학과를 졸업(다른 법에서 이와 동등 이상의 학력을 가진 자로 관련학과 졸업을 포함한다)하고 관련분야 실무경력 5년 이상인 자
 - 2) 정부 주관 또는 정부 지정 기관에서 의료기기 제조 및 품질관

리체계 관련 교육 훈련을 최근 5년간 50시간 이상 강의한 경력이 있는 자

3) 그 밖에 이와 동등한 교육 강사의 자격이 있다고 식약처장이 인정하는 자

다. 교육·훈련 과정

1) 심사원 교육·훈련기관은 심사원의 자격 취득 및 유지와 심사 업무 수행에 필요한 교육과정을 운영하여야 한다.

2) 교육·훈련 과정에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 하며, 강의, 토의, 사례연구, 실습 등의 방법으로 교육·훈련을 실시할 수 있다.

(가) 의료기기 제조 및 품질관리체계 적합성인정 심사와 관련된 의료기기 법령·제도

(나) 의료기기 법령 및 기준의 개정사항 등 최신 규제 동향

(다) 의료기기 품질경영시스템(ISO 13485) 요구사항

(라) 위험관리, 멸균, 임상평가, 사용적합성, 공정 밸리데이션 등 의료기기 적합성인정 심사에 필요한 분야별 전문 교육과정

(마) 그 밖에 의료기기 적합성인정 심사 수행에 필요하다고 인정되는 사항

3) 교육과정별 주요 내용, 교육과정의 운영, 시간, 평가방법 등의 세부 요구사항은 교육시행규정에서 정하여 실시한다.

3. 교육·훈련 시행규정

심사원 교육·훈련기관은 효율적인 교육·훈련 실시를 위하여 다음 각 목의 사항이 포함된 교육·훈련 시행규정을 제정·운영하여야 한다.

가. 교육의 목적

나. 교육·훈련 과목 및 교육과정의 구성

다. 교육·훈련 교재 편찬 및 관리에 관한 사항

라. 교육·훈련 진행에 관한 사항

마. 교육·훈련 평가에 대한 방법 및 기준에 관한 사항

바. 교육·훈련 강사에 관한 사항

아. 교육·훈련 비용 산정 및 수강료에 관한 사항
사. 결강 등에 관한 조치사항
아. 수료증 발급대장 등 교육과 관련된 서식
자. 그 밖에 교육·훈련 실시에 필요한 사항