

[기준 3]

실험폐기물의 처리기준

1. 실험폐기물 배출

가. 실험폐수는 일반생활하수와 섞이지 않도록 유의하여야 한다.

나. 인체에 유해한 폐시약 등이 발생하였을 때에는 시약병 전체를 지정된 장소에 분리하여야 한다.

2. 폐기물의 처리

안전관리책임자는 안전관리담당자의 건의를 받아 지정폐기물을 폐기물 처리업체에 위탁처리 하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

3. 폐기물 처리시 유의사항

가. 재활용 가능품목은 분리하여 배출한다.

나. 실험폐기물 수거 장소에는 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.

<참고> 실험실에서 발생하는 다양한 폐기물들의 분류

