

밀봉선원의 사용 및 보관·저장에 관한 기술기준

① 밀봉선원

1. 사용

가. 사용시설 안에서만 사용할 것

나. 정상적인 사용 상태에서는 밀봉선원이 개봉 또는 파괴될 우려가 없도록 할 것

다. 다음 각목에 해당하는 조치를 함으로써 방사선작업종사자 또는 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것

가) 차폐벽이나 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것

나) 원격조작장치 또는 집게 등을 사용하여 밀봉선원과 인체 사이에 적당한 거리를 확보하도록 할 것

다) 면밀한 작업계획 및 취급의 숙달·훈련 등을 통하여 인체에 방사선이 피폭 되는 시간을 단축할 것

라. 사용시설 또는 방사선관리구역의 눈에 띄기 쉬운 장소에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것

2. 보관·저장

가. 사용하지 아니하는 밀봉선원은 저장시설에 저장할 것

나. 저장시설의 저장능력을 초과하여 방사성동위원소를 저장하지 아니할 것

다. 제1항 다호 각목의 조치를 함으로써 방사선작업종사자 및 수시출입자의 피폭 방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것

라. 저장함(방사성동위원소를 내화구조의 용기에 넣어 보관하는 경우에는 그 용기)에 방사성동위원소를 보관·저장중인 때에는 그 운반을 제한하도록 할 것

마. 보관·저장시설에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것