

## 생물안전관리등급의 분류

### I. 생물안전관리 등급분류 원칙

1. LMO 및 미생물 위험군의 위험수준 등급 4, 3, 2, 1을 다루는 연구시설의 생물안전관리 등급은 각각 등급 4, 3, 2, 1을 적용한다.
2. 위의 원칙에도 불구하고 필요한 경우, 에어로졸(aerosol) 등 미생물의 특수성을 고려하여 유전자변형생물체에 관한 기관생물안전위원회의 심의를 거쳐 등급을 달리 분류할 수 있다.

### II. 연구시설의 생물안전관리등급

#### 1. 생물안전 1등급 실험실(Basic-Biosafety Level 1)

가. 제1위험군을 취급

나. 일반 실험실 생물안전수칙 준수(Good Microbiological Techniques)

#### 2. 생물안전 2등급 실험실(Basic-BL 2)

가. 제2위험군을 취급

나. 생물안전 1등급 연구시설에 해당하는 사항을 준수하고 에어로졸(potential aerosols) 발생을 최소화함

다. 생물안전작업대 등 안전장비를 구비하고 장갑, 실험복 등 적절한 개인보호 장비를 착용해야 함

#### 3. 생물안전 3등급 실험실(Containment-BL 3)

가. 제3위험군을 취급

나. 생물안전 2등급 연구시설에 해당하는 사항을 준수하고 전용 실험복을 사용하며 감염성 물질의 개봉은 반드시 생물안전작업대 내에서 수행함

다. 실험실 접근에 대한 통제, 공기조절 및 음압 유지를 위한 별도의 공조장치 설치가 요구됨

\* (주의) 기준에 따른 종합적인 검증을 실시한 후 사용해야 하며, 전문가에 의하여 정기적으로 점검을 실시하여 문서로 보관해야 한다.

#### 4. 생물안전 4등급 실험실(Maximum containment-BL 4)

가. 제4위험군을 취급

나. 생물안전 3등급 연구시설에 해당하는 사항을 준수하고 양압복(positive pressure suits) 등을 착용하고, 퇴실 시 샤워로 오염을 제거해야 함

다. 해당시설은 별도로 분리된 유닛(unit)으로 견고하게 구성되어야 하며, 엄격한 실험실 접근 통제 및 공기조절을 위한 별도의 공조장치를 설치해야 함

\* (주의) 기준에 따른 종합적인 검증을 실시한 후 사용해야 하며, 전문가에 의하여 정기적으로 점검을 실시하여 문서로 보관해야 한다.