

환경시험·검사기관에 대한 요구사항(제2조 관련)

1.0 서문

시험·검사기관에 대한 기본적인 요구사항으로서 「환경분야 시험·검사등에 관한 법률」 제18조의2(시험·검사기관의 정도관리)에 근거하여 동법 시행령 제13조의5(시험·검사기관 등)에 따른 환경분야 시험·검사기관들의 정도관리 능력의 향상과 시험·검사 결과의 신뢰도 향상을 목표로 한다.

1.1 적용범위

『환경분야 시험·검사등에 관한 법률』 제18조의2제2항, 동법 시행령 제13조의5제3항의 현장평가를 위한 기준으로 적용한다.

2.0 경영요건

2.1 조직

2.1.1 시험·검사기관은 해당기관의 임시 및 이동 시험·검사시설에서도 본 요구사항들을 만족하는 방법으로 운영하여야 한다.

[비고]

1. 임시로 조성된 시험실이나 차량에 고정된 측정용 장비, 현장에서 사용하는 현장측정 장비, 채취한 시료의 운반에 필요한 장치 또는 장비의 정확도 유지와 관련된 내용도 품질 문서에 담아야 한다. 또한, 교정대상 주기설정을 위한 지침(국가기술표준원 고시)에 따라서 주기적인 검·교정을 받아야 하고 장비관리대장, 장비사용일지를 작성하고 관리하여야 한다.
2. 관련된 시설 또는 장비가 ‘3.4 시험장비 및 표준물질’항에 포함되어 있지 않은 경우는 필요한 사항에 대해 별도로 작성하여야 한다.

2.1.2 시험·검사업무의 품질에 영향을 미칠 수 있는 업무를 관리·수행·검증하는 직원의 책임·권한·상호관계를 업무 분장서에 명시하여야 한다.

2.1.3 품질시스템의 이행을 총괄하는 품질책임자 및 기술적 업무를 총괄하는 기술책임자를 선임하고 각 책임자는 시험·검사기관의 최고 경영자로부터 필요한 권한과 자원을 위임받

아야 한다.

[비고] 품질책임자는 시험·검사기관의 품질시스템의 유지에 대한 필요한 지식(ISO/IEC 17025 등)을 갖고 있어야 한다.

2.1.4 품질책임자 및 기술책임자의 대리자를 임명하여야 한다.

[비고] 1. 법률에 근거하여 등록·인정·지정된 시험·검사기관은 기술인력중에서 기술책임자 및 기술부책임자를 지정하여야 하며, 품질책임자와 품질 부책임자는 등록된 기술인력이 아니어도 해당 시험·검사기관의 직원이면 상관없다.

2. 품질책임자가 기술책임자 또는 분석 실무자를 겸직할 수 없으며, 품질 부책임자는 기술부책임자를 겸직할 수 있다.

2.1.5 모든 직원이 시험결과에 영향을 미칠 수 있는 부당한 내·외부의 명령과 개인적인 상업적·경제적, 기타 내부적·외부적 압력으로부터 자유롭도록 방침과 절차를 갖추고 있어야 하며, 직원의 업무수행·공정성·판단 및 운영의 신뢰성을 저해할 수 있는 활동이 없도록 윤리규정 방침과 서약서 절차 등을 마련하여야 한다.

2.2 품질시스템

2.2.1 시험·검사기관은 현재 업무의 형태·범위·업무량에 적합한 품질시스템을 수립·유지하여야 하며, 품질시스템 운영전반에 관한 문서를 관리하는 절차를 수립·유지하여야 한다.

2.2.2 시험·검사기관은 품질시스템을 유지하는데 필요한 품질시스템 문서를 갖추고, 관련 직원은 품질시스템 문서를 충분히 이해하고 실행하며, 품질시스템 문서는 투명하고 알기 쉽게 작성하여 업무 수행의 효율성을 높이도록 하여야 한다.

2.2.3 시험·검사기관은 품질시스템을 위한 문서들의 체계를 규정하고, 품질시스템의 모든 절차들을 개략적으로 기술하고, 최고 경영자의 권한 하에 발행하여야 한다.

[비고]

1. 품질문서는 현재의 업무형태, 업무량, 업무범위, 업무수행방법 등을 포함한 실무적인 내용들을 포함하여야 한다.
2. 품질시스템을 유지하기 위한 문서는 품질매뉴얼, 품질절차서, 품질지침서로 구분되며, 시험·검사와 관련이 있는 모든 직원은 이들 문서의 내용을 숙지하고 그에 따라 업무를 수행하여야 한다.

2.3 문서 관리

2.3.1 문서 승인 및 발행

- 가. 품질시스템의 일부로서 구성되는 모든 문서는 발행 전에 권한이 있는 자에게 검토·승인을 받아야 한다.
- 나. 시험·검사기관은 품질시스템 문서의 제·개정상태를 확인할 수 있는 문서관리대장 또는 유사한 문서관리 절차를 보유하여야 한다.

2.3.2 문서관리 절차

- 가. 시험·검사기관의 필수적인 업무를 수행하는 모든 장소에서 관련 품질 시스템 문서가 이용 가능하여야 한다.
- 나. 주기적으로 문서의 사용가능성(다른 문서와의 부합성, 변경사항 등)을 검토하고 필요한 경우, 본 요구사항과의 적합성을 보장하기 위해 수정하여야 한다.
- 다. 유효하지 않은 문서들은 사용해서는 안 되며, 회수하여 폐기하고 있으며, 문서보존 및 관리를 위한 목적으로 폐기된 문서를 보관하는 경우에는 폐기된 문서임을 표기하여야 한다.
- 라. 시험·검사기관에 의해 작성되는 품질시스템 문서는 발행일자, 개정번호, 페이지 번호 매김, 발행기관(발행인) 등을 표시하여야 한다.

2.3.3 문서 변경

- 가. 문서의 변경은 특별히 규정하지 않는 한, 동일한 문서 발행 및 승인 절차로 행하여야 한다.
- 나. 문서의 변경 시 수정되거나 새로운 내용은 해당 문서 또는 첨부물에서 식별 가능하도록 표시하여야 한다.
- 다. 문서의 수작업 수정에 대한 절차 및 권한을 규정하고 문서의 재발행 시 이에 따라야 한다.
- 라. 전자문서에 대한 변경 및 통제절차를 수립하고 이에 따라야 한다.

[비고]

전자적으로 작성하고 보관되는 경우도 원본인 전자파일이 실수나 부주의로 인한 자료의 분실 또는 훼손되지 않도록 주의하여야 한다.

2.4 시험 의뢰 및 계약 시의 검토

2.4.1 시험·검사기관은 시험 의뢰 또는 계약 시, 다음 사항을 보장할 수 있는 방침과 절차를 수립하여야 한다.

- 가. 시험방법을 포함한 의뢰자의 요구사항을 이해가능 하도록 작성하고 문서화.
- 나. 고객의 요구사항을 만족시킬 수 있는 능력과 자원의 보유.

다. 시험방법의 적절한 선택과 고객의 요구사항에 대한 만족한 대응.

2.4.2 시험·검사기관은 이해관계의 상충, 법적 지정업무 수행불가능 또는 능력 부족 등이 발견된 경우, 이를 고객에게 알려야 한다.

2.4.3 시험·검사기관은 계약 및 중대한 변경사항에 대한 검토가 이루어지고 이에 대한 기록을 유지하고 있으며 고객 및 관련되는 모든 직원에게 변경사항을 알려야 한다.

2.5 시험의 위탁

2.5.1 시험업무를 타 기관에게 위탁하는 경우, 시험·검사기관은 수탁기관이 해당시험을 수행할 수 있는 능력이 있음을 보장하여야 한다. 다만, 환경분야 개별 법령에서 따라서 등록, 인정 및 지정을 받은 시험·검사기관은 그 법령에서 정한 위탁과 관련된 규정을 따라야 한다.

2.5.2. 시험·검사기관은 위탁기관의 업무에 책임을 져야 한다.

2.5.3 등록·지정·인정받은 시험·검사기관이 시험검사를 위탁하고자 할 때 관련 법률에 별도로 규정되어 있는 경우, 그 법률에 따른 위탁의 허용 범위를 벗어날 수 없다.

[비고] 1. 법정기관은 법정 업무를 수행하는 기관 간에 업무협약 등을 통하여 예기치 못한 상황에 대응할 수 있다.

2.6 서비스 및 물품 구매

2.6.1 시험·검사기관은 시험결과에 영향을 미치는 서비스 및 물품의 선택·구매에 대한 문서화된 방침과 절차를 수립하여야 한다.

가. 시험실의 기술적 운영에 필요한 소모품의 구입·수령 및 보관에 대한 문서화된 절차 수립

나. 환경시험·검사업무의 품질에 영향을 미치는 중요한 소모품·물품 및 서비스 공급자에 대한 기록 목록화

2.7 고객에 대한 서비스 및 불만사항

2.7.1 시험·검사기관은 다른 고객의 기밀을 보장할 수 있는 범위 내에서 해당 시험결과를 고객이 확인할 수 있도록 협조하여야 한다.

2.7.2 시험·검사기관은 고객의 불만사항 해결 및 후속조치에 대한 기록을 유지·관리하여야 한다.

2.8 부적합 업무 관리 및 보완조치

2.8.1 시험·검사기관은 시험 업무 또는 시험·검사의 결과가 해당기관의 절차 또는 고객의 요구사항과 맞지 않을 때 이행되는 보완조치에 대한 방침과 절차를 보유하여야 한다.

가. 부적합 업무 관리에 대한 책임자 지정

나. 부적합 업무가 확인되었을 때의 조치사항 및 이행

다. 품질책임자에 의한 보완조치 결과에 대한 검토 절차의 명시

[비고] 1. 부적합 업무는 고객의 불만, 품질관리, 숙련도 시험 성적서, 장비교정, 내부심사, 외부심사(현장평가), 경영검토 등을 통해 발생될 수 있으며 숙련도 시험과 장비교정에서의 부적합 사항은 상대적으로 더 중요하다고 볼 수 있다.

2. 보완조치를 위한 방침과 절차에는 원인분석, 시정조치의 이행 및 내용에 대한 확인이 필요하다.

2.9 기록 관리

2.9.1 시험·검사기관은 기관마다의 특정한 상황과 관련법에 준하여 기록시스템을 유지·관리하여야 한다.

[비고]

1. 이러한 기록시스템은 시험·검사기관의 모든 활동에 대해 명백하고 정확한 기록을 제공할 수 있으며, 품질기록 및 기술기록의 확인·수집·색인·접근·분류·보관·유지 및 폐기 등에 대한 절차를 수립하고 유지·관리하여야 한다.

2. 기록은 인쇄, 복사 또는 전자매체 등, 어떠한 방식으로든 가능하다.

2.9.2 기록에 대한 기록보유기간을 수립하여야 하며, 시험과 관련된 자료들은 최소 3년간 보관하여야 한다. 다만, 이러한 경우 관련 법령(고시, 훈령을 포함한다)에서 기록물의 보존기간, 세부 기록사항, 서식을 구체적으로 정한 경우에는 그 규정을 따라야 한다.

2.9.3 시험·검사기관은 전자적으로 저장된 기록을 보호 및 백업(back-up)과 저장된 기록들의 수정 또는 무단 접근의 방지를 위한 절차를 갖추어야 한다.

2.9.4 기록물은 읽기 쉽게 기록하여야 한다.

[비고]

1. 시험·검사기관의 인·지정업무와 관련된 개별 법령에서는 시험·검사업무와 관련된 기록물의 보관을 규정하고 있다.
2. 시험·검사업무와 관련된 각종 기록은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」 별지 제21호 서식 또는 「환경분야 시험·검사 업무처리 규정」의 별표 1의 기록사항을 인용할 것을 권장한다.

2.10 내부심사

2.10.1 품질책임자의 책임 하에 정해진 일정 정해진 일정표와 절차에 따라 정기적인 내부심사 평가(최소 연1회)를 실시하도록 규정하고 이를 실행하여야 한다.

2.10.2 내부심사 평가는 여건이 허락하는 한도 내에서 독립적이며, 적절한 훈련을 통해 자격을 갖춘 직원에 의해 실시되어야 한다.

[비고] 내부 정도관리 평가는 환경측정분석사, KOLAS 평가사 및 ISO/IEC 17025 등의 교육을 이수한자 또는 해당분야에 충분한 경험을 보유한 직원이 실시할 것을 권장한다.

2.10.3 내부심사 평가 결과 및 이에 따른 시정조치를 기록하여야 한다.

2.10.4 내부심사 평가에서는 취해진 시정조치의 이행 및 효과를 검증하고 기록하여야 한다.

[비고] 1. 내부심사 평가는 다음 사항을 고려하여야 한다.

- 품질목표의 달성도
- 주어진 임무의 수행 만족도
- 품질시스템에서 규정한 절차의 준수
- 시험결과의 품질
- 품질방침과 절차의 적합성
- 최근에 실시한 내부심사의 결과
- 시정조치 및 예방조치
- 외부기관에 의한 평가
- 숙련도 시험 결과
- 고객의 피드백
- 불만사항
- 품질목표 달성을 위한 직원의 교육 및 훈련

2. 내부심사 평가는 국립환경과학원이 3년 마다 실시하는 정도관리 현장평가에 따른 미흡사항 보완에 따른 이행 및 효과의 검증을 포함하여야 한다.

3. 내부심사 평가는 정도관리 평가위원, KOLAS 평가사 및 ISO/IEC 17025 등의 교

육을 이수하였거나 환경측정분석사 자격을 갖춘 직원이 실시하여야 하며 현장평가에 준하여 실시한다.

3.0 기술요건

3.1 직원

3.1.1 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 등 시험·검사 관련 법률에 의해 등록·지정·인정받은 시험·검사기관은 그 법률에서 요구하는 기술인력 조건을 만족하여야 한다.

[비고] 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에서는 시험·검사 성적서 및 관련기록부에 환경부령으로 정하는 자의 서명을 하도록 정하고 있다.

3.1.2 시험·검사기관은 장비 운용, 시험업무, 결과 평가 및 서명을 하는 모든 직원들의 역량을 보장하고 있으며, 특정한 시험·검사업무인 경우 자격을 갖춘 직원이 수행하도록 하며, 훈련과정에 있는 직원을 고용하고 있을 경우 적절한 관리감독을 하여야 한다.

3.1.3 시험·검사기관은 직원의 교육·훈련 훈련의 필요성과 훈련 제공에 대한 방침과 절차를 보유하여야 한다.

[비고] 1. 신규인력, 시험 항목이 변경된 인력 등에 대해서는 시험·검사기관이 자체적으로 규정한 숙련도 시험 평가내용·절차·판정기준에 따라 그 능력을 평가하고 판정기준에 만족하는 경우에만 시험·검사업무를 맡길 수 있다.

2. 법률에 의하여 특별한 자격(자격증 등)을 요구하는 경우라도 시험·검사기관은 자체의 품질목표를 달성하기 위하여 별도의 시험·검사에 대한 자격 검정절차와 판정기준을 마련하여 활용할 수 있다.

3.1.4 시험·검사기관은 숙련도에 관한 목표와 계획을 설정하고, 주기적인 숙련도시험이나 실험실 관리시료분석을 통한 정밀도 및 정확도 확인을 통해 시험·검사능력을 검증하여야 한다.

3.1.5 시험·검사기관은 기술직원에 대한 업무·자격·교육·훈련·기술 및 경험 등에 대한 기록을 유지·관리하여야 한다.

[비고] 1. 기술직원에 대한 기록에는 품질시스템에서의 책임과 권한, 역량, 전문적 자격, 교육·훈련 이력, 내부적인 자격 등이 기록되어야 한다.

2. 기록 내용이 보완될 때마다 관련 책임자가 서명 확인하여야 한다.

3.2 시설 및 환경조건

3.2.1 시험·검사기관은 시험업무에 영향을 미칠 수 있는 시험실 시설 및 환경조건에 대한

기술적 요구사항들을 문서화하고 있으며 시료 채취, 현장분석 등 해당 시험실 이외의 장소에서 시험업무가 이루어진 경우 별도의 주의를 기울여야 한다.

가. 시험방법이나 법에서 특별한 환경조건을 유지·관리하도록 규정하고 있는 경우, 시험실 시설에 대한 요구사항을 만족시키고 이를 문서화하여야 한다.

나. 교차오염 등을 방지하기 위해 시험결과에 영향을 미칠 수 있는 시험실 또는 통제구역의 출입제한이 적절하게 이루어져야 한다.

다. 시험실의 청결을 보장하고 시험실의 어떠한 오염도 시험결과에 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.

[비고] ISO 17025 등에서 일반적으로 요구하는 수준 이상으로 시설 및 환경조건을 법규로 정한 경우, 그 시설 및 환경조건이 시험결과에 영향을 미치지 않을지라도 관련 법규를 만족하여야 한다.

3.2.2 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 등 시험·검사 관련 법률에 의해 등록·지정·인정받은 시험·검사기관은 그 법률에서 요구하는 시설 조건을 만족하여야 한다. 즉 시료 접수, 시료보관, 시약보관, 폐기물처리 및 보관, 시험·검사결과처리 및 보관 등에 필요한 작업공간을 보유하여야 한다.

[비고] 등록·지정·인정받은 시험·검사기관에 대해 시험실 면적 등을 별도로 규정하지 않은 경우에는 적용되지 아니한다.

3.3 시험방법 및 유효성 확인

3.3.1 시험·검사기관은 해당하는 시험업무에 대해 적절한 방법과 절차를 사용하고 있다. 즉 시료채취, 시료취급, 시료운반, 시료보관, 전처리 및 결과분석 등의 시험과정에 대한 전반적인 절차를 포함하며, 품질지침서의 부재로 인해 시험결과에 영향을 미칠 수 있는 경우에 대비하여 장비의 사용과 조작 및 시료 전처리 등에 관한 품질지침서를 보유하여야 한다.

3.3.2 시험·검사기관은 환경오염공정시험기준을 우선적으로 사용하고 있으며, 최신판을 사용하여야 한다.

[비고] 1. 시험·검사기관은 방법검출한계 등 공정시험기준 6.0 QA/QC에 제시된 내부정도 관리 요소에 대한 시험을 연 1 회 이상 실시하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 추가로 실시하여 유효성을 확인한다.

3.3.3 시험·검사기관은 시험인력을 변경할 경우, 시험 이전에 시험방법을 정확히 운영할 수 있는지를 확인하여야 한다.

3.3.4 시험·검사기관은 장비, 시설의 변화가 있을 경우 시험방법 운영 능력을 재확인하여야 한다.

3.4 시험장비 및 표준물질

3.4.1 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 등 시험·검사 관련 법률에 의해 등록·지정·인정받은 시험·검사기관은 그 법률에서 요구하는 시험장비를 갖추고 그 운영에 대해 다음 사항을 준수하여야 한다.

가. 시험장비의 정상적 작동

나. 요구되는 정확도의 달성

다. 요구되는 사양의 만족

라. 사용 전 점검 및 교정

마. 권한을 부여받은 직원에 의한 운영

바. 장비의 운영과 유지관리에 대한 절차서 사용

[비고] 시험·검사와 관련된 장비를 운영하는 소프트웨어를 포함한다.

3.4.2 시험결과에 중요한 영향을 미치는 시험장비에 대한 주기적인 정도검사, 교정 계획을 수립하며, 관련 법령 및 규정에 따라 정도검사 및 교정을 필요로 하는 장비들은 라벨 또는 코드를 부착하여 교정관리기록(교정일자과 추후 교정일자 등) 등을 쉽게 알아볼 수 있도록 하여야 한다. 또한, 기기의 오작동·고장 및 수리에 관한 기록을 보유하여 결함 장비에 대한 관리절차를 확보하여야 한다.

[비고] 1. 정도검사 대상장비 : 환경분야 시험·검사등에 관한 법률 시행규칙 제2조에 해당되는 환경측정기기

2. 교정대상 장비 : 저울, 인큐베이터(미생물 및 BOD), 건조기(부유물질 또는 먼지 측정 여과지 건조에 사용되는 경우에 한함), 오토피펫 등이 해당된다.

3. 새로 구입한 장비, 고장난 장비의 수리 후 재사용, 고장나지 않은 장비지만 오랜 기간 동안 사용하지 않다가 재사용하는 장비에 대해서는 환경오염 공정시험기준의 6.0 QA/QC에 따라 내부정도관리를 실시하고 규정된 내용·절차·판정기준에 따라 그 성능을 평가하고 판정기준에 만족하는 경우에만 시험·검사에 사용할 수 있다.

3.4.3 주요 장비를 품질시스템에 만족하게 관리하기 위하여 장비관리 대장(장비점검기록 등)을 작성하여야 한다.

[비고] 1. 장비관리대장을 작성하는 경우, 오작동·고장 및 수리에 대한 내용, 정도검사·교정 실시 여부, 자체 중간점검(점검항목, 판정기준 제시) 등도 기록하고 기술책임자의 확인 서명을 받아야 한다.

2. 「환경분야 시험·검사 업무처리 규정」의 별표 1의 기록사항 (장비관리 카드, 장비관리대장)의 양식 인용을 권장한다.

3.4.4 시험·검사기관은 표준물질의 안전한 취급·운반·보관 및 사용 등에 대한 관리절차를 수립하고, 시약 및 표준용액에 관련된 기록(제조일자, 제조자, 유효기간, 표준원액 및 제조방법에 대한 언급)을 보유하고 있으며, 제조된 표준용액 용기에 유효일자, 제조자 등을 표시하여야 한다.

[비고] 표준용액은 시판품 또는 제조하여 사용할 수 있으며 이에 대한 관련기록을 보유하고 있어야 한다.

3.5 시료채취

3.5.1 시험·검사기관이 시료채취를 하는 경우, 시료채취 계획 및 절차를 수립하고 수립된 계획 및 절차를 시료채취 현장에서 이용하고 있다. 또한 시료채취 절차에는 시험결과의 유효성을 보장하기 위해 관리되어야 할 요건들을 명시하여야 한다.

3.5.2 시험·검사기관은 시료채취와 관련된 데이터 및 운영에 대한 기록 절차를 보유하고 있으며, 시료채취기록부의 기록은 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 시료채취 일시

나. 시료채취자(성명, 직급, 서명 등)

다. 시료명(시료번호 등)

라. 관리 분야(대기, 수질, 폐기물 등 관계법령 등에 의한 분야)

마. 시험항목

바. 시료채취량

사. 현장측정결과(수온, pH 등 현장측정 항목에 대한 측정값)

아. 기타 참고사항(날씨 및 육안 관찰사항, 사용한 보존제의 종류 및 양, 배출허용기준 등 분야별 항목별 특성을 반영하여 기록)

[비고] 1. 시료채취기록부는 수기 기록을 원칙으로 하며, 수기 기록이 있는 상태에서 이를 전자기록물로 PDF 파일로 저장하여 사용할 수 있다. 다만, 현장에서 전자기록을 하는 경우 전자 파일의 생성일시가 변경되지 않아야 하며, 출력을 한 후 담당자와 기술책임자의 서명 확인이 요구된다.

2. 시험·검사업무와 관련된 기록양식은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 및 「환경분야 시험·검사 업무처리 규정」의 양식을 인용할 것을 권장한다.

3.6 시료관리

3.6.1 시험·검사기관은 시료의 운송·수령·취급·보호·보관·보류 및 폐기에 관한 절차를 보유하고 있으며, 시료접수 및 성적서 발송대장에 다음의 사항들을 포함하여야 한다.

가. 시료접수일자

나. 성적서 발송일자

다. 시료명(번호)

- 라. 시험항목
- 마. 시험결과
- 바. 각종기준
- 사. 적합여부
- 아. 작성자 및 서명

3.6.2 시험·검사기관은 분석항목별 식별에 필요한 시료확인 체계를 보유하고 있다. 또한, 시료가 특정 환경조건하에서 운송 및 보관되어야 하는 경우, 이러한 조건을 유지 및 기록하여야 한다.

[비고] 각 환경시료는 시료의 보존 환경에 따라서 그 고유한 값이 달라질 수 있으므로 원래의 값을 잃지 않도록 하기 위해서는 개별 환경오염 공정시험과 「환경분야 시험·검사 업무처리규정」의 환경분야 시험 검사의 표준처리기간[별표 2]을 준수하여야 한다.

3.6.3 시료의 상태가 분석에 적합하지 않거나 일반적으로 시험방법에서 명시된 형상에서 많이 벗어나 있는 경우의 부적합한 시료는 폐기하고 분석과 관련된 기록은 시료접수대장 또는 시료인수인계서 및 시험성적서에 표시하여야 한다. 또한, 시료, 폐액, 추출액 또는 시료전처리 용액의 폐기에 대한 품질지침서를 보유하여야 한다.

[비고] 시험·검사기관이 시험성적서를 통보한 경우에도 관련 법령에 따른 환경기준을 초과한 환경시료의 결과물(대기분야 먼지항목 거름종이, 수질분야 부유물질 거름종이 등)을 관련 법령에 따라 보관한다.

3.7 시험결과의 보증

3.7.1 시험·검사기관은 분석업무의 유효성을 주기적으로 점검할 수 있는 품질관리 절차를 보유하고 이행하며, 시험방법 또는 규제상의 품질관리 허용기준이 없는 경우 품질관리 기준 수립에 대한 절차를 보유하여야 한다.

[비고] 1. 시험·검사기관은 국립환경과학원에서 운영하는 숙련도 시험 또는 국제적인 숙련도 시험 프로그램에 참여함으로써 시험결과에 대한 보증을 하고자 하는 경우, ‘환경분야 시험검사 등에 관한 법률 시행규칙’의 정도관리 판정기준에 적합하다는 판정을 받아야 한다.

2. 시험·검사기관이 운영하는 시험 항목 중 국립환경과학원에서 운영하는 숙련도 시험 항목에 포함되지 않는 항목에 대해서는 환경오염 공정시험기준 각 시험방법의 "QA/QC"를 연 1회 이상 이행함으로써 시험결과를 보증할 수도 있다.

3. 그 외 ISO 17025 ‘5.9 시험 및 교정 결과의 품질보증’에 제기된 방법으로도 품질을 보증할 수 있다.

3.8 결과보고

3.8.1 시험·검사기관은 시험결과를 시험방법이나 관련지침에 따라 정확하고 객관적으로 보고하여야 한다.

[비고]

시험결과의 보고서식은 「환경분야 시험·검사등에 관한 법률」의 [별지제21호]에 따른 측정기록부 양식과 「환경분야 시험·검사 업무 처리 규정」의 [별표 1]에서 정한 시험기록부와 시험 성적서의 양식을 따르도록 한다. 다만, 이러한 경우도 「환경분야 시험·검사등에 관한 법률」, 「환경분야 시험·검사 업무 처리 규정」 또는 개별 법령에서 시험·검사기록물에 대하여 작성자, 검토자 또는 확인자의 서명을 정하고 있는 경우에는 반드시 그 규정을 따라야 한다.

3.8.2 시험·검사기관은 고객이 시험결과를 전화, 팩스, 전자매체 등을 통하여 전달받고자 하는 경우 비밀 유지가 보장될 수 있는 절차에 따라 전달하여야 한다.

3.8.3 시험·검사기관은 시험 성적서의 수정에 관련된 규정을 보유하여야 한다.

3.9 시험검사 성적서의 리스크 관리(품질책임자에 대한 요구사항)

3.9.1 시료채취기록부, 측정기록부 발송대장, 차량운행일지, 시험기록부, 시험성적서, 시료접수 및 성적서 발송대장, 출장근거자료를 확인하여 적절한 측정 및 분석업무량이 유지되고 있는지 확인하고 기록하여야 한다.

3.9.2 매체별로 시약 및 소모품 구매 근거자료, 시약 및 소모품관리 대장을 고려한 성적서 발급건수의 적절성을 확인하고 기록하여야 한다.

3.9.3 개별 공정시험기준에서 제시한 시험방법의 준수여부를 확인하고 동일한 검정곡선의 재사용 여부 등을 확인하고 기록하여야 한다.

3.9.4 시험방법 파일(method file)과 데이터 파일(data file)을 보관하고 있는지 확인하고 기록한다. 보관기간은 환경분야 시험검사 업무처리규정 제4조 (시험·검사기록)에서 정한 3년으로 한다. 다만, 환경분야 개별법령에서 별도의 기간을 정하고 있는 경우는 개별법의 규정을 따른다.

3.9.5 해당지자체에 통보한 측정대행 계약사실 통보서에 근거해 적정한 단가로 계약이 체결되었는지를 확인하고, 측정대행 계약서를 3년간 보관하고 기록하여야 한다.