

연구장비 활용/처분 심의기준

심의항목	심의내용
단독활용 필요성	○ 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(년간 2,000시간 이상 활용 장비)인가? ○ 특수목적용으로 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는가? ○ 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비인가?
공동활용 가능성	○ 연구개발, 측정 및 시험분석 등의 목적으로 타 연구자에게 활용을 허용한 시설 및 장비인가? - 장비보유 책임자가 판단하여 타 연구자에게 활용 허용
저활용장비 판정 기준	○ 장비 구축 후 사용 및 사양 저조, 경제적 보유수준 등이 적합하지 않아 정상가동은 가능하나 활용도가 낮은 장비인가? - 연간 장비가동률이 10% 미만인 장비(가동률이 낮아도 장비이용료 수입을 통해 운영이 가능하다고 판단되는 경우 제외)
유휴장비 판정 기준	○ 장비 구축 후 활용도 저하 등의 사유로 가동 중지되어 향후 활용 가능성이 분명하지 않은 장비인가? - 6개월 이상 가동이 중지된 장비
불용장비 판정 기준	○ 내구연한 완료 및 천재지변(수재, 화재 등)에 의해 실효성이 상실된 장비인가? ○ 파손, A/S불가 등의 사유로 인해 정상 가동이 불가능한 장비 ○ 보수를 하더라도 정상적인 가동이 불가능하여 사용불능으로 판단되는 장비 ○ 내용연수가 경과하지 않더라도 경제적 수리한계가 초과된 장비
이전 및 처분 적합성	○ 이전을 통하여 장비의 효용성을 높일 수 있는가? ○ 이전시, 장비이전 대상기관으로서 적합한가? - 장비적합성, 기관 활용능력, 경제적 성과/공공성, 활용 계획의 적정성 여부 ○ 불용시, 폐기 이전에 이관(재활용,양여,대여)/매각이 가능한가? - 매각 가능성, 매각의 효율성을 고려하여 폐기처분 결정