

시험 · 분석능력 평가표

(기관 지정용 및 사후관리용)

대상기관 :

평 가 내 용	평가						배 점
	점수	매우 좋음	좋음	보통	불량	매우 불량	
1. 실험 전 준비사항에 대한 평가							10
1.1. 시약(용매, 실리카겔, 알루미늄 등) 및 기구(농축기, 추출장치, 유리기구 등)의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
1.2. 정제용 및 시린지첨가용 등 표준물질사용의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2. 전처리과정에 대한 평가							15
2.1. 추출과정(추출용매, 추출시간, cycle/hr 등)의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2.2. 농축과정의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2.3. 정제과정의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3a. GC-HRMS 기기분석과정에 대한 평가(선택사항)							30
3a.1. GC 조건(컬럼, 오븐온도, 운반기체 등) 및 MS 조건(이온화방식, 검출모드 등)의 적정성		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
3a.2. 분해능은 10,000(10% 계곡기준) 이상 여부		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3a.3. 검정곡선의 중간농도 상대감응계수(RRF)의 상대표준편차(RSD)가 20% 이내 여부		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3a.4. 2개의 선택이온간 동위체피크의 면적비가 20% 이내이며, 검량선은 RRF값의 상대표준편차가 15% 이내인지 여부		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
3b. LC-MS/MS 기기분석과정에 대한 평가(선택사항)							30
3b.1. LC 조건(컬럼, 이동상, 유속 등) 및 MS/MS 조건(이온화방식, 검출모드 등)의 적정성		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
3b.2. 한 피크당 스캔 횟수가 10번 이상이며, Q1 및 Q3 질량분해능(Da) 설정의 적정성		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
3b.3. 검정곡선의 중간농도 상대감응계수(RRF)의 상대표준편차(RSD)가 20% 이내 여부		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4. 결과처리과정에 대한 평가							20
4.1. Sample 및 Blank의 크로마토그램 적정성 여부(Native 및 Labelled compounds, Lock-mass 등)		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.2. 회수율이 공정시험방법의 허용범위 이내인지 여부 및 정량계산의 적정성		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
5. 분석에 대한 이론적 지식(숙련도)							25
5.1. 전처리과정에 대한 이해도 및 숙련도		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
5.2. 기기분석과정에 대한 이해도 및 숙련도		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
5.3. 결과처리에 대한 이해도 및 문제해결능력		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
☐ 종합의견							
☐ 종합평가(적합, 조건부적합, 부적합)							
평가결과						/100	

년 월 일

평가위원	소 속	이 름	서 명