

운영관리 평가표(별표 1, 2 관련)

대상기관 :

1. 기술인력 보유 현황

구분		성명	직급	최종학력	경력	적정여부
시료채취	책임자					
	담당자					
분석	책임자					
	담당자					
정도관리	책임자					
	담당자					

2. 분석 및 채취장비 보유 현황

가. 분석장비

◇ 장비 보유현황 및 사양의 적정성			
평 가 요 소	보유기준	보유수량	적정여부
고분해능 기체크로마토그래프/질량분석계(분해능 1만 이상으로 다이옥신정량용 프로그램을 갖춘 것)	1대		
속슬레 추출장치	4세트		
정제용컬럼	4개		
회전증발 농축기 또는 질소 농축기	1세트		
시료냉장보관실(4℃ 이하)	1대		

나. 배출가스 및 환경대기 채취장비(선택사항)

◇ 장비 보유현황 및 사양의 적정성				
평 가 요 소		보유 기준	보유수량	적정 여부
배 출 가 스 용	먼지포집부,기체흡수부 및 기체흡 착부	2세트		
	배출가스 유속 및 유량측정부	2세트		
	진공펌프 및 흡입기체 유량측정부	2세트		
	배출가스분석기 (CO 및 O ₂ 측정가 능)	2대		
환 경 대 기 용	하이볼륨에어샘플러(여과지와 XAD-2 수지 또는 활성탄 수지 펠트 및 폴 리우레탄폼을 장착할 수 있어야 함)	3대		

3. 운영시설 보유 현황

◇ 시설 면적 및 시설의 구획·배치의 적정성	
평 가 요 소	적정여부
후드시설을 갖춘 실험실 : 60제곱미터 이상	
항온·항습시설을 갖춘 기기실 : 40제곱미터 이상	
사무실 : 40제곱미터 이상	
기 타	

4. 운영·관리 평가표

평 가 내 용	평가						배점	
	점수	매우 좋음	좋음	보통	불량	매우 불량		
1. 기술 인력의 운영·관리		-						20
1.1. 기술인력 보유기준 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
1.2. 업무량 대비 기술인력 보유의 적정성(업무 보조원의 적정성)		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
1.3. 자체 숙련도 시험 계획(실적 기록)		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
1.4. 기술인력 측정분석 능력 향상을 위한 교육계획(실적)의 적절성		☐ 2	☐ 1.6	☐ 1.2	☐ 0.8	☐ 0.4		2
1.5. 인력 및 장비 변경시 시험방법 운영 능력 확인의 적절성		☐ 3	☐ 2.4	☐ 1.8	☐ 1.2	☐ 0.6		3
2. 분석 장비의 운영·관리		-						15
2.1. 분석 장비 보유기준의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
2.2. 업무량 대비 측정분석 장비 보유의 적절성		☐ 3	☐ 2.4	☐ 1.8	☐ 1.2	☐ 0.6		3
2.3. 분석 장비의 교정 계획(실적) 및 관리의 적절성		☐ 3	☐ 2.4	☐ 1.8	☐ 1.2	☐ 0.6		5
2.4. 전처리 장비(시설) 및 초자 보유의 적절성		☐ 2	☐ 1.6	☐ 1.2	☐ 0.8	☐ 0.4		2
3. 시료채취 및 보관의 운영·관리		-						10
3.1. 시료채취 장비의 보유 및 관리의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
3.2. 시료 채취 방법 및 보관 장소 등 관리의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
4. 보유 시설의 운영·관리		-						15
4.1. 시설 보유(유지) 기준의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
4.2. 직원의 안전 및 건강보호 조치의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
4.3. 시험결과에 영향을 미치는 환경요인 관리 방안의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
5. 시료조제의 운영·관리(선택사항)		-						10
5.1. 대기시료 조제실 보유 및 관리의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
5.2. 시료(토양, 폐기물) 조제실 보유 및 관리의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
6. 표준물질 및 시약의 운영·관리		-						10
6.1. 표준물질 및 시약(유리기구) 보유 및 보관 방법의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
6.2. 조제한 표준물질 및 시약 관리 방법의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
7. 자료의 보관 및 운영·관리		-						20
7.1. 고시 제15조에 따른 측정분석 자료 보관 방법의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
7.2. 성적서 발급 등 측정업무 수행과정(방법)의 정확성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
7.3. 품질문서 보유 및 제·개정 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
7.4. 검출한계, 정확도 등 정도관리 계획(실적)의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1		5
☐ 종합의견								
☐ 종합평가(적합, 조건부적합, 부적합) 평가결과 _____/100								

평가위원	소 속	이 름	서 명