

구 분	세부 항목	배점	점검결과				점검기준			
			수치 기록		점수	우수 (100~90)	양호 (89~80)	보통 (79~60)	불량 (0)	
Stack Sampler	자체 누설시험 (380 mmHg 유지시간)	5	sec. :			2분 이상	1분 이상	30초 이상	30초 미만	
	펌프 압력 (380 mmHg 도달시간)	5	sec. :			5초 미만	10초 미만	30초 미만	30초 이상	
채취라인 누설시험	압력유지 (임핀저 물방울수)	10	방울수 :			5초 1방울	1초 1방울	1초 5방울	1초 10방울 이상	
	기체 메타 (일정압력 유지시간)	10	sec. :			20초 이상	10초 이상	5초 이상	계속 이동	
Flue Gas Analyzer	영점 조정	10	횟수 :			3회	2회	1회	0회	
등속흡인	등속 흡인계수	10	등속흡인계수 :			98~102	96~104	95~105	95~105 벗어남	
	5분 평균값 초과	5	95%> or 105%< 횟수 :			0회	1회	2회	3회 이상	
수분량	수분량 변화	10	변화율(%) :			10% 이내	20% 이내	50% 이내	51% 이상	
시료 냉각유지	흡착관 온도	10	온도범위 : ~ ℃			20도 유지	25도 유지	30도 유지	30도 이상	
채취공 기밀 유지	채취공 공기이동	10				상부로 직상승	약간의 흔들림	구부러짐	빨려 들어감	
채취관 수평유지	수평자	10				정중앙	경계선 내부	경계선	경계선 이탈	
결 과		100	목표	--	결과	--	우수	정도관리담당자	성 명(서명)	

* 참고사항
1. 각 기관이 유지할 수 있는 내부 정도관리 목표 값(예 : 90, 85, 80 등)을 설정하여 운영
2. 동 양식은 각 인정기관 실정에 맞게 적용할 수 있음

환경대기 시료채취 내부정도관리표(제19조 관련)

□ 일 시 :

□ 시료명 :

구분	세부항목	배점	점검결과		점검기준			
			수치기록	점수	우수 (100~90)	양호 (89~80)	보통 (79~60)	불량 (0)
하이 블룸 에어 샘플 러	1) 전원 및 display Error 확인	10			양호		불량	
	2) 초기 유량 설정 확인	10			오차±5% 이내			오차±10% 초과
	3) 유량 안정성 확인 (채취 완료 후, Raw data 확인) - 편차율(%)=(최대-최소)/평균x100	10			편차율 5% 이내	편차율 10% 이내	편차율 20% 이내	편차율 20% 초과
	4) 운전시간 정확도 - 설정대비 실제 운전시간 오차	5			오차 1% 이내	오차 2% 이내	오차 5% 이내	오차 5% 초과
유량 계/ 보정 장치	5) 유량계 교정 유효성 확인	5			최근 12개월 이내 교정			성적서 없음
	6) 대기온도, 기압, 기록 및 보정	5						
	7) 전/후 유량 점검(채취 전/후 유량 변화율(%))	10			변화율 5% 이내	변화율 10% 이내	변화율 15% 이내	변화율 15% 초과
채취 지점 / 현장 관리	8) 설치기준 준수(흡입구 높이, 장애물/오염원 거리, 수평/안정 설치)	10			충족	경미	중대	미 준수
	9) 현장기록(기상/특이사항): 날씨, 강수, 오염원, 정전 등	5			충족	1항목 누락	2항목 누락	미 기록
	10) 필터/흡착재 및 셔틀 관리(PUF, QFF, ACF 관리 및 유리/알루미늄 셔틀 관리, 체결방법 확인)	5			위반 0건	위반 1건 (경미)	위반 2건	위반 3건 이상 또는 미 점검
시료 관리 / 오염 방지	11) Field Blank 수행 확인	5			충족	미비	미 수행 (사유기록)	미 수행
	12) 라벨링 및 인계인수 사항 기록(시료ID, 기간, 시간, 유량, 최종볼륨, 날씨, 특이사항 등)	5			누락 0건	누락 1건	누락 2건	미 작성
	13) 회수/포장/냉장(냉장 보관 및 차광/밀봉 운반)	10			냉장장치 보유		냉장장치 고장	냉장 장치 미보유
	14) 교차오염 방지 절차 준수(장갑교체, 도구 세척, 알루미늄 호일 및 클린백 등)	5			보유 + 보관	보유	일부 미비	미보유
결과		총점 (100점)			내부정도관리목표 : 점 판정 : 우수 / 양호 / 보통 / 불량			