

KOLAS 공인성적서 작성방법(제6조 관련)
(제품인증기관, 검증기관은 제외)

1. 승인 받은 기술책임자의 서명
KOLAS 공인성적서는 한국인정기구에 등록된 기술책임자가 반드시 서명하여야 한다.
2. 시험, 교정장소는 실제 시험과 교정이 이루어진 장소를 기입하여야 한다.
3. 위탁 계약된 업무
 - 가. KOLAS 공인기관이 타 기관(이하 위탁기관)에 위탁하여 보고받은 결과를 KOLAS 공인성적서에 포함하여 발급하고자 하는 경우 성적서의 발급 방법은 다음 방침을 따라야 한다.
 - 1) KOLAS 공인기관은 위탁한 결과에 대한 모든 책임을 지며, 고객에게 위탁 사실을 알리거나, 해당되는 경우 고객의 승인을 받아야 한다.
 - 2) 위탁기관은 해당 작업이 관련 표준을 준수하고, 이에 부합한다는 증거를 기록·유지하는 기관이어야 한다.
 - 3) 위탁기관은 KOLAS 공인기관으로부터 위임받은 인정범위 내에서 활동하여야 하며, 위탁된 결과는 KOLAS 공인기관의 KOLAS 공인성적서에 포함되어 있어야 한다.
 - 나. KOLAS 공인기관이 인정받지 않은 기관의 위탁결과를 KOLAS 공인성적서에 포함할 경우 본 요령 제6조제5항의 요구사항에 부합해야 한다. 예를 들어 위탁의 결과가 인정범위 밖의 것임을 표시해야 한다.
4. 규격과의 적합성 표시(KOLAS 공인시험기관 · KOLAS 공인메디컬시험기관 및 KOLAS 공인교정기관에 한함)
KOLAS 공인기관은 고객이 성적서나 증명서의 결과에 적합 여부에 관한 진술이나 또는 그 결과에 대한 객관적인 해석을 포함시켜 줄 것을 요구할 경우에는 「의사결정 규칙 및 적합성 진술에 관한 지침」(KOLAS-G-002)과 ILAC G8(Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity, 2019)에 규정된 요건을 충족하여야만 발행할 수 있다.
5. 의견 및 해석 표시(KOLAS 공인시험기관 · KOLAS 공인메디컬시험기관 및 KOLAS 공인교정기관에 한함)
 - 가. KOLAS 공인기관의 고객이 KOLAS 인정마크 또는 ILAC-MRA 조합마크가 표시된 KOLAS 공인성적서에 사용된 물품, 샘플, 배치 또는 의뢰된 품목

의 특정 결과에 관한 부가적인 의견 또는 기술적 해석을 요구할 경우에는 KOLAS 공인성적서에 다음의 내용을 포함하여 작성되어야 한다.

1) 성적서나 증명서에 진술하는 결과 해석은 오직 인정을 받은 결과를 토대로 해서 이루어져야 하며 객관적이어야 한다.

2) 의견 및 해석에 대한 승인된 진술을 작성하고 발급할 수 있는 권한을 가진 서명자를 따로 두어야 한다.

나. 의견 및 해석에 대한 진술이 인정범위를 벗어나는 경우에는 성적서 내의 인정마크 또는 의견 진술 근처에 다음과 같은 부인성명서(disclaimer)를 표기하여야 한다.

- "이 성적서 내의 의견/해석은 당 KOLAS 공인기관 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다."

6. 교정성적서 및 라벨

가. 교정성적서

교정성적서의 교정 결과는 해당 신뢰수준과 포함인자 k (coverage factor)값이 기술된 적절한 불확도값이 함께 표시되어야 한다.

나. 작성양식

1) 성적서의 작성양식은 별표 8에 따른다.

2) 별표 8에 규정된 교정필증의 서식 적용이 불가하거나 서식에 모든 항목을 기술하기가 불가능한 소형 측정기(마이크로미터, 다이얼 게이지 등)에는 교정번호, 교정일자 및 교정기관장(인)만의 정보가 수록된 서식을 자체적으로 정하여 운용할 수 있다.

다. 양식의 규격(크기)

교정성적서는 A4 용지 사이즈, 교정 필증은 45 mm × 64 mm를 표준규격으로 하되, 방향 및 크기를 조정하여 사용할 수 있다.

라. 교정성적서 및 교정 필증의 색상

교정성적서와 교정 필증의 바탕 색상은 흰색으로하여 기록된 정보가 잘 보이도록 한다.

마. 측정기의 명세 및 교정일자

1) 측정기의 기기명을 기재할 때에는 한글 또는 원어로 기입할 수 있으나, 한글로 표현하는 것이 적절하지 않을 경우에는 원어 그대로 기입한다.

2) 교정일자는 실제 교정이 실시된 일자를 기록하여야 하며, 교정성적서 또는 교정 필증에는 고객과 합의가 이루어진 경우를 제외하고는 재교정주기에 대한 권고사항을 수록해서는 안된다.

바. 교정환경

교정환경의 기록은 법정 기준온도 및 습도를 기록하는 것이 아니라 분쟁이 발생하거나 이용자가 다른 환경조건에서 측정기를 사용할 경우에 대비하여 실제로 교정을 실시한 당시의 온도 및 습도를 기록한다.

예) (측정대표값 $\pm$ 분포범위)

(22.5 ± 0.7) $^{\circ}\text{C}$, (50 ± 2) % R.H.

비고) 상기 교정환경의 데이터는 실제 교정시간동안의 온도, 습도의 변화량의 분포가 표시되어야 한다.

사. 측정표준의 소급성

측정표준의 소급성을 기록할 때에는 국가측정표준과의 연결고리를 서술하여야 한다. 다음 예시와 같이 교정방법 및 절차, 교정에 사용한 표준기의 명세를 간략히 표현한다.

예시) 상기 기기는 게이지블럭 표준교정절차서(KASTO 97-01-003-002)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래 AA급 표준 게이지블럭과 게이지블럭 비교기를 이용하여 비교교정 되었다.

"교정에 사용된 표준장비 명세" 작성 예시

기 기 명	제작회사 및 형식	기기번호	차기교정예정일자	교 정 기 관
게이지블럭(AA)	0000 xxx, xx	xxxx	xxxx.xx.xx	0000
게이지블럭 비교기	0000 xxx, xx	xxxx	xxxx.xx.xx	0000

비고) 간혹 표준장비의 교정일자를 기재하는 경우가 있는데, 본 난은 교정이 유효한 지를 판단할 수 있도록 차기교정예정일자를 기재한다. 또한 본 난이 부족할 경우에는 별지를 이용한다.

아. 교정결과

- 1) 교정결과를 기록하는 난이 부족할 경우에는 별지를 이용할 수 있으며, 이 경우 페이지는 계속 연결되어야 한다.
- 2) 사양 초과 여부를 밝힐 경우에는 측정불확도를 고려하여야 하고 사양초과사항을 세부적으로 진술(notify)해야 한다.
- 3) 사용자 입장에서 교정결과의 활용이 용이하도록 가능한 한 피교정기기를 기준으로 작성한다.

예) 표준값 100.0일 때 지시값 101이 아니고 지시값 100, 표준값 99.0
(지시값 : 피교정기기의 지시값, 명칭값, 설정값 등을 포함함)

- 4) 고객의 별도 요구에 따라 피교정기기를 조정한 경우에는 조정전의 측정값과 조정후의 교정값이 병기되어야 한다.
- 5) 교정결과를 별지에 추가 작성할 때에는 마지막 페이지의 교정결과의 끝에 "끝"을 기입한다.

자. 측정불확도

성적서 내에 측정불확도를 기재할 때에는 신뢰수준과 포함인자 k (coverage factor)값이 함께 표시되어야 한다. 만일 성적서 서식의 여백이 부족할 시에는 별지를 활용토록 한다.

차. 교정성적서 및 교정필증의 발급(확인)

교정성적서의 작성자, 승인자(기술책임자)의 확인란은 반드시 승인 받은 자의 서명이 있어야 하며 대표자의 확인란은 자필서명 또는 품질문서에 등록된 직인으로 할 수 있다. 대표자 직인은 품질문서에 등록 관리되어야 한다.