

실시간 공개자료 처리요령(제9조 관련)

구 분	항 목	선 별 기 준	처 리 방 법
유효자료	정상측정기간	가. 무효자료를 제외한 30분 평균치 중 배출허용기준 초과인정시간 또는 배출·방지시설 개선기간에 해당하지 않는 자료	◦ 30분 평균치 표기
	배출허용기준 초과인정시간	가. 「대기환경보전법 시행규칙」 별표8 제3호 라목의 6)에 해당되는 경우의 측정자료	◦ 30분 평균치 표기
	배출·방지시설 개선기간	가. 배출시설 또는 방지시설의 개선기간 동안의 측정자료	◦ 30분 평균치 표기 (특기사항 표기 가능)
무효자료	자동측정기기 개선기간	가. 「대기환경보전법」 제32조 제5항에 따라 조치 명령을 받은 자동측정기기로 측정한 자료 나. 「대기환경보전법 시행령」 제21조제3항에 따라 개선계획서를 제출한 자동측정기기로 측정한 자료	◦ “보수중” 처리·표시 (개선기간 동안 “보수중” 상태표시 설정 시)
	정도검사기간 및 불합격 또는 미수검	가. 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제1항 및 제2항에 따른 정도검사 수검기간 및 정도검사에서 부적합 판정을 받거나 수검을 받지 아니한 측정기기로 측정한 자료	◦ 30분 평균치 표기 (특기사항 표기 가능)
	상대정확도 시험의 부적합 기간	가. 관제센터에서 실시한 상대정확도시험에 부적합 판정을 받은 자동측정기기로 측정한 자료	◦ 30분 평균치 표기 (특기사항 표기 가능)
	장비 점검기간	가. 장비점검, 테스트 실시기간을 사전에 통보한 경우의 측정자료 나. 관할행정기관 및 관제센터에서 측정기기를 점검하는 경우	◦ “보수중” 처리·표시 (점검기간 동안 “보수중” 상태표시 설정 시)
	상태표시 발생기간	가. 상태표시(교정중, 동작불량, 전원단절, 보수중)가 발생된 자료 나. 상태정보 이상값(미전송, 음수값, 알람발생시)이 발생된 자료	◦ “기기점검” 또는 “보수중” 처리·표시
	배출시설 가동중지기간	가. 배출시설이 가동중지된 기간의 측정자료	◦ 30분 평균치 표기
	공기비 3배 이상인 기간 (단, O ₂ 측정시)	가. 「대기환경보전법 시행규칙」 별표8 제3호 라목의 3)에 해당하는 경우의 측정자료(표준산소농도에 따른 산소측정값을 고려하여 선별)	◦ “측정자료 확인중” 처리·표시
	측정자료 미수신	가. 측정기기 및 자료수집기 등으로부터 측정자료가 미수신 된 경우	◦ “미수신” 처리·표시

비 고

- 관제센터는 사업장에서 객관적인 증빙자료(관할 행정기관의 승인 문서 또는 검사기관 등의 검사(시험)계획서, 결과서 등)를 제출하는 경우에 한하여 특기사항을 별도 표기할 수 있다.
- 배출허용기준 초과인정시간 또는 배출시설 가동중지 기간의 경우 관제센터에서 측정자료의 분석(오염물질 농도, 배출가스유량, 산소, 배출가스온도, 로(爐)의 출구온도 등)이 필요하므로 30분 평균치를 그대로 공개하되, 행정처분 제외, 대체자료 생

성 등을 별도 안내할 수 있다.