

[별표 10]

규제병해충 소독연구시설 요건 및 관리요령(제42조 관련)

I. 규제병해충 소독연구시설 요건

1. 인력

1.1 규제병해충 소독연구시설 관리 책임자가 지정되어 있어야 함

2. 지역

2.1 (삭 제)

3. 시설 요건

3.1. 시험연구소 등의 건물 내 옥내시설일 것

3.2. 출입구는 이중문이 설치되어 있거나 이와 동등의 효과를 갖는 구조물일 것

3.3. 창문은 없거나, 개폐가 불가능한 밀폐형이어야 하며, 공조기 설치 시 망이 설치되어야 함

3.4. 사육시에는 전용 사육상에서만 할 것

3.5. 오토클레이브 등의 살충·살균 기타 시험 연구 설비가 갖추어져 있을 것

3.6. 시설에는 전용 작업복(실내화 포함)이 비치되어야 함

3.7. 사육실 내외부, 완충지역에 곤충트랩을(유인제, 끈끈이 트랩 등) 설치할 것

3.8. 소독연구시설의 흡후드는 규제병해충 비산 방지를 위한 필터가 설치되어 있을 것

3.9. 그 시험 내용에 따라 비산 방지 조치가 강구되어 있을 것

II. 규제병해충 소독연구시설 관리요령

1. 규제병해충 연구자 및 시설 관리자에 한하여 출입 허용하고 출입기록을 작성할 것. 다만, 출입이 자동 기록되는 CCTV가 있는 경우 수기로 출입기록을 작성하지 않을 수 있음

2. 사육실에서 소독연구시설로 규제병해충 운반 시 밀폐용기로 운반하는 등 비산되지 않도록 조치할 것
3. 소독연구시설은 전용 작업복을 착용한 채 들어가고, 작업복을 벗고 에어워시를 실시한 후 나올 것
4. 소독연구시설에서 나갈 때 완충지역에서 규제병해충 유무 확인 후 외부분 개방할 것
5. 소독연구시설 내에서 발생하는 물은 오토클레이브 등으로 처리 후 배출할 것