

성능검사서 번호: 0000-000

지진가속도감지기 성능검사서

1. 신청자

회사명:

주소:

2. 검사제품

제작회사:

모델명:

기기번호:

방향수:

3. 검사기준: 「지진·화산재해대책법 시행규칙」 제2조의2제1항 및 별표 1

4. 검사결과: 별첨 "검사결과" 참조

5. 성적서 용도: 성능검사

6. 접수 일자: 년 월 일

7. 발급 일자: 년 월 일

검사자

(서명)

○○○팀 홍길동

승인자

(서명)

○○○팀 이순신

「지진·화산재해대책법 시행규칙」 제2조의2제3항에 따라 지진가속도감지기 성능
검사서를 발급합니다.

성능검사기관 장 직인

검사번호 : 제 〇〇-〇〇-〇〇호

의뢰기관(업체)	검사기간	검사장소	종합판정

기준장비	모델	
	일련번호(S/N)	

검사대상 장비	제작사(국적)	제작년월	모델명	일련번호(S/N)

구분	항목	세부항목	측정결과	적합여부	비고
지진 가속도 감지기	계측성분	3방향 성분(수직 1방향, 수평 2방향) 2방향 성분(시설물용) 1방향 성분(시설물용)			
	주파수 영역	0.1~50Hz 범위 - 오차범위 < 3dB			
	동적범위	잡음레벨 : 120dB 이상 (100샘플/초) (최대 측정범위 2g일 경우 잡음 실효값(RMS)가 0.002g 이하)			
	출력전압 선형비	- 가속도에 대한 출력전압 선형성 1% 이내 - 기울기 검사(DC tilting test) 오차 < 1%			
	성분간 감도오차	1% 이내 (자유장용) 2% 이내 (시설물용)			
	출력전압	지진가속도기록계의 최대 입력 전압이내			
	출력방식	차동출력방식(Differential) 여부			