■ 인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙 [별표 2] <개정 2026. 11. 3.>

빛공해 검사기관의 지정 요건(제11조 관련)

1. 장비 요건

내용	수량
가. 빛공해공정시험기준에 따라 빛공해를 측정할 수 있는 다음의 장비	
1) 조도계	1대 이상
2) 점휘도계	1대 이상
3) 면휘도계	1대 이상
4) 삼각대	1대 이상
5) 분석컴퓨터	1대 이상
나. 측정 장비 등을 실을 수 있는 차량	1대 이상

2. 기술인력 요건

내용	인원
가. 빛공해 관련 분야 학위 취득자(법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람을 포함한다)로서 다음의 어느 하나에 해당하는 사람	
1) 박사학위를 취득한 사람	
2) 석사학위를 취득하고, 해당 분야의 실무에 종사한 경력이 1년 이상인 사람	
3) 학사학위를 취득하고, 해당 분야의 실무에 종사한 경력이 3년 이상인 사람	
나. 빛공해 관련 분야가 아닌 분야의 학위 취득자(법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람을 포함한다)로서 다음의 어느 하나에 해당하는 사람	2명 이상
1) 박사학위를 취득하고, 빛공해 관련 분야의 실무에 종사한 경력이 1년 이상인 사람	
2) 석사학위를 취득하고, 빛공해 관련 분야의 실무에 종사한 경력이 3년 이상인 사람	
3) 학사학위를 취득하고, 빛공해 관련 분야의 실무에 종사한 경력이 5년 이상인 사람	
4) 전문학사학위를 취득하고, 빛공해 관련 분야의	

실무에 종사한 경력이 7년 이상인 사람	

비 고

1. 위 표에서 "빛공해 관련 분야"란 환경공학, 건축학, 건축공학, 기계공학, 물리학, 전기공학, 전자공학, 안경광학 등 빛공해와 빛환경에 관련된 분야를 말한다.
2. 위 표에서 실무에 종사한 경력은 해당 학위를 취득하기 전의 경력을 포함한다.

3. 시설 요건

검사 기술인력이 근무할 수 있는 적정한 넓이의 공간 확보와 빛공해의 측정·분석용 검사 장비의 관리 등을 위하여 $10m^2$ 이상의 사무실을 갖출 것

4. 그 밖의 요건: 다음 각 목에 관한 사항이 모두 포함된 검사 업무규정을 작성·비치할 것

가. 검사 업무의 절차 및 방법

나. 검사 업무의 사후관리

다. 기술인력의 준수사항 및 그에 대한 자체적인 관리·감독 방법