



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte
Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005
Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149
e-mail: ventasecuador@nipromed.com
www.nipro.com.ec
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO
No.20170921-05-0000000105

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
HOSPITAL HOMERO CASTANIER	AZOGUES	072240502

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
21092017	12:00	14:30

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	10W2783	16432

MOTIVO DE LLAMADA
CORRECCION DE RUIDO DE BOMBA DE SANGRE

ACCION TOMADA
Se reparo y se instalo bomba de sangre ademas se calibro rodamientos

REPUESTOS UTILIZADOS

NOM	
OBS	
Maqu	

LCDA. RAQUEL ORTERGA
HOSPITAL HOMERO CASTANIER

JUAN CARLOS CALVA
NIPRO