



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte
Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005
Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149
e-mail: ventasecuador@nipromed.com
www.nipro.com.ec
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO
No.20170905-05-0000000096

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	QUITO	022222222

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
05092017	14:00	14:45

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	12AS2928	10180

MOTIVO DE LLAMADA
conductividad baja, razón por lo que los pacientes presentan calambres trasdialisis, en los dos últimos tratamientos consecutivos.

ACCION TOMADA
Se revisa conductividad de Sodio y se encuentra que el valor está dentro de lo programado. El equipo marca 13.8 y nuestro equipo de medición marca 13.84. Equipo operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Equipo 100% operativo.


Daniela Vallejo
DR GUSTAVO SALVADOR


JUAN GUACOLLANTES AGUILAR
NIPRO