



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170929-05-0000000116

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
HOSPITAL TEODORO CARBO UNIDAD TECNICA DE DIALISIS	GUAYAS	0998151728

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
02102017	07:00 AM	11:00 AM

EQUIPO	SERIE	CICLOS
DIAMAX	14K9016S	3639 h

MOTIVO DE LLAMADA
NECESITO QUE CHEQUE ESA MAQUINA YA QUE SALE ALARMA MAXIMA PRESION DE DIALIZADO PG3

ACCION TOMADA
Diamax con alarma de maxima presi3n de dializado (PG3).Se cambi3 valvula PR y Sensor PG3, as3 como se realiz3 una revisi3n completa de v3lvulas y filtros.

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
V3lvula PR1	1	V3lvula reguladora de presi3n en el suministro de agua.

OBSERVACIONES
La m3quina se encuentra en perfecto estado, y esta actualmente operativa.

LCDA. MARA A RUA

HOSPITAL TEODORO CARBO UNIDAD TECNICA DE DIALISIS

MARCELO MENDEZ  
NIPRO