



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20171006-05-0000000124

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFROLOJA	LOHA	0991026781

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
06102017	11:00	12:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	10W3086	16234

MOTIVO DE LLAMADA

SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA SURDIAL SIMPLE SERIE 10W3086, QUE MANTIENE UN SONIDO EN LA BOMBA DE SANGRE DURANTE EL TRATAMIENTO DE DIÁLISIS. SE SOLICITA CORREGIR EL INCONVENIENTE DE MANERA URGENTE YA QUE LA MAQUINA TIENE PACIENTE LOS TRES TURNOS DEL DÍA•A.

ACCION TOMADA

Maquina queda reparada

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
RULIMANES	3	RULIMANES DE RODAMIENTOS PARA BOMBA DE SANGRE

OBSERVACIONES

MAQUINA QUEDADA OPERATIVA AL 100%

ING. JOSE ESPINOZA
NEFROLOJA

JUAN CARLOS CALVA
NIPRO