



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170901-05-0000000087

| CLIENTE | CIUDAD | TELEFONO |
|----------------|---------|----------|
| DAVIDA CONTIGO | QUEVEDO | 2240923 |

| FECHA(DDMMAAAA) | HORA ENTRADA | HORA SALIDA |
|-----------------|--------------|-------------|
| 01092017 | 12:00 | 01:00 |

| EQUIPO | SERIE | CICLOS |
|---------|----------|--------|
| SURDIAL | 13AS3419 | 26671 |

| MOTIVO DE LLAMADA |
|-------------------|
| ENCODER DAÑADO |

| ACCION TOMADA |
|--|
| MAQUINA OPERATIVA CAMBIO DE ENCODER SOLICITADO |

REPUESTOS UTILIZADOS

| NOMBRE REPUESTO: | CANTIDAD: | DESCRIPCION |
|------------------|-----------|-------------|
| ENCODER | 1 | NUEVO |

| OBSERVACIONES |
|-------------------------|
| MAQUINA QUEDA OPERATIVA |

EDISON ALVARADO
DAVIDA CONTIGO

LEONARDO MACIAS
NIPRO