



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170908-05-0000000097

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALTICA	LOJA	0992193961

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
08092017	9:00	13:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
DIAMAX	K12473S	145


MOTIVO DE LLAMADA
error de flujo sensor Fs1 suministro de agua suspendido


ACCION TOMADA
se puso filtro en linea en la alimentacion de agua, dos filtros en linea despues de las lancetas

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
fitros	3	filtros en linea

OBSERVACIONES
maquina esta funcionando al 100%


DRA. JANETH COELLO
DIALTICA


JUAN CARLOS CALVA
NIPRO