



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20171009-05-0000000125

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
HEMODIALVYR	QUITO	0984621966

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
09102017	08:00	09:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	13CX0042	9310

MOTIVO DE LLAMADA
el tensi�metro de una maquina de di�lisis no esta funcionando.

ACCION TOMADA
Se realiza cambio de tensiometro ya que el que estaba se encontraba averiado. Se realiza las pruebas de funcionamiento y se verifica que el equipo esta operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
	1	Tensiometro

OBSERVACIONES
Equipo operativo con el medidor de tensi�n.

Diana Vargas
HEMODIALVYR

JUAN GUACOLLANTES AGUILAR
NIPRO