



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte
Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005
Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149
e-mail: ventasecuador@nipromed.com
www.nipro.com.ec
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO
No.20170615-05-000000019

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFROLOGY	QUITO	0997174120

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
15062017	17:00	18:15

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	13CX0005	4234

MOTIVO DE LLAMADA
Error en el sensor de burbujas por favor venir a revisar

ACCION TOMADA
Se realizo la visita ,ademas se realiza la calibracion del sensor y limpieza. Se realizo pruebas en dialisis y en lavado sin dar ningun problema

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
El equipo queda en completo funcionamiento.



Viky Borja
NEFROLOGY



JUAN GUACOLLANTES AGUILAR
NIPRO