

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	469795	CIUDAD:	Dra. Marcela Bovera
CLIENTE:	HOSPITAL DE LOS VALLES	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	46000199	CICLOS:	469795
CONTACTO:	Dra. Marcela Bovera		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-09-01	DESDE:	08H30
HASTA:	11H00	HORA VIAJE:	01H00

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO:	20170804125754_911433080
----------------------	--------------------------

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se ha mantenido un seguimiento en el mes de agosto del 2017, realizando una visita semanal para verificar que el reflectometro funcione correctamente y solucionar problemas que iban presentandose en otros modulos del equipo. Se reviso la impresora debido a que no la detectaba el equipo y no se imprimia los resultados de los controles ni el inventario de insumos. Se reviso la manguera del modulo LIL debido a problemas al procesar pruebas con PCR. Se reviso el centrado de los anillos internos y externos del tambor de reactivos microtip debido a problemas al procesar pruebas que utilizan reactivos liquidos. Se limpio las mangueras que unen el suministro de puntas con el anillo de versatips sin embargo queda pendiente el cambio de una manguera nueva y la instalacion de una mesa para la impresora.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
---------------	-----------	-------------

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
------------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.


DIEGO JARRIN
NIPRO
Alexandra Proaño
HOSPITAL DE LOS VALLES

SI