



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20171004-05-0000000121

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	PORTOVIEJO	022222222

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
04102017	10:00	14:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	08W2099	365454

MOTIVO DE LLAMADA
PACIENTE SALEN ACALAMBRADO

ACCION TOMADA
BUENAS TARDES SE PROCEDE A REVISAR PARÁMETROS DE LA MAQUINA Y SE ENCUENTRA CON LA CONDUCTIVIDAD FUERA DEL RANGO.SE PROCEDE A CALIBRAR Y QUEDA OPERATIVA

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
MAQUINA QUEDA OPERATIVA

TEC. GALO MACIAS  
DR GUSTAVO SALVADOR

LEONARDO MACIAS  
NIPRO