



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170809-05-0000000060

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALTICA	LOJA	0992193961

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
14082017	9:00	16:48

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	05W2101	29876

MOTIVO DE LLAMADA
maquina no sube la conductividad, pacientes salen con acidosis metabolica

ACCION TOMADA
Maquina realizo el tratamiento con normalidad

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Maquina queda funcionando correctamente

DRA. JANETH COELLO
DIALTICA

JUAN CARLOS CALVA
NIPRO