

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.02102017-02-0000000115

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

## FORMULARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para su seguridad y cumplimiento de normas internacionales siempre que manipule dispositivos medicos es OBLIGATORIO utilizar equipos y medidas de proteccion.

Cliente	DR GUSTAVO SALVADOR						
Responsable	Tatiana Vivas		Cargo	Administradora			
Nombre de hospital	DR GUSTAVO SALVADOR		Telefono	2345678			
Direccion fisica de instalacion		Metropolitano					
Pais	ECUADOR		Rep.Ventas/Distri.	Gerardo Cordova			

# Identificacion del Equipo

Modelo		TIPO II			Nro. Serie		14AS4007		
Breve descripcion del incidente o reporte									
Realizar mante	nimiento pre	ventivo.							
Fecha de instalacion 20		2014-10-06		Fecha del problema		2017-09-26			
Horas de uso	5700		Version SW	4.1	101	Codigo/	error	00000	
Turnos Por Dia 3-4				Numero/Sala		SALA 1			
Garantia	arantia NA				Reportado Por		JUAN GUACOLLANTES AGUILA		
Maquina Tipo	aquina Tipo POSITIVA			Detalle		SALA			
Fecha de ultimo mantenimiento 2017-08		017-08-15		Reporte Tecnico No.		20170926133556_264579684			
Frecuencia de la desinfeccion			INTERDIALISIS						
Frecuencia de la desincrustacion.			DIARIA						
Operatividad General del equipo.			FUNCIONANDO						

## **INSPECCIONES**

## **CONDICION EXTERNA**

Conexion de tuberias, Fugas y Goteos, Danos estructurales, Deteccion de Oxido y corrosion, Ruedas de transporte

#### SISTEMAS ELECTRONICOS

Cable de alimentacion electrica, Toma corriente y bateria de respaldo, Tarjetas de control, Sensores y sistemas, Corriente de fuga,

### **VERIFICACION DE PARAMETROS**

Ajustes y activacion de alarmas, Verificacion de lavados/desinfeccion, Calibracion de conductividad, Calibracion de temperatura, Exactitud de UF/Pres. Ven/Pres. Art.,

## SISTEMA HIDRAULICO

Limpieza e integridad,PR1,BLD,PG,Valvulas de control,

# **VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO**

Bomba de sangre,Bomba de heparina,Touch screen/teclado de pantalla,Lampara indicadora de estado,Simulacion de tratamiento.

# SISTEMA DE APOYO / OPCIONES

BPM, Documentacion de soporte, Verificacion de uso/operador,

#### INFORMACION ADICIONAL

Observaciones								
Se realiza mantenimi	ento pr	reventi	vo y se deja limpia la mad	quina. Equ	ipo	operativo.		
Nombre de tecnico.		EDISON USHIÑA			Firma / Sello			edimental cl
Nombre Recibe		Daniela Vallejo			Firma / Sello.			(uw
Hora de Inicio	17:30		Hora de finalizacion	20:00 <b>F</b>		Fecha(AAAA/	MM/DD)	2017-10-02
Equipo apto para uso con paciente?				SI				