



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170912-05-0000000104

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
INRIDI SAN MARTIN	GUAYAQUIL	04625609

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
12092017	18h15	21h20

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	14CX1835	5.795

MOTIVO DE LLAMADA
Sale alarma F-02

ACCION TOMADA
maquina con alarma fs2 y variaci3n de conductividad se limpia fs2 hab3a obstrucci3n queda operativa sin novedad se hizo pruebas

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
maquina queda operativa sin novedad

cristhian Gomez
INRIDI SAN MARTIN

CESAR TOLEDO
NIPRO