



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170710-05-0000000030

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
HOSPITAL ISIDRO AYORA	LOHA	022222222

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
10072017	11:00	13:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SUARDIAL	15CX2294	4673

MOTIVO DE LLAMADA
Flujo de dializado insuficiente

ACCION TOMADA
Se limpio flujometro del sensor Fs2

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Maquina queda funcionando correctamente

LCDA. JANINA ABAD
HOSPITAL ISIDRO AYORA

JUAN CARLOS CALVA
NIPRO