

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.17082017-02-0000000076

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para su seguridad y cumplimiento de normas internacionales siempre que manipule dispositivos medicos es OBLIGATORIO utilizar equipos y medidas de proteccion.

Cliente	DR GUSTAVO SALVADOR					
Responsable	ING. JESSICA MARCILLO		Cargo	ADMNISTRADORA		
Nombre de hospital	DR GUSTAVO SALVADOR		Telefono	05	-2361312	
Direccion fisica de instalacion		CHONE FRENTE AL COLEGIO UNE				
Pais	ECUADOR		Rep.Ventas/Distri.		TEC LEONARDO MACIAS	

Identificacion del Equipo

Modelo		DIAMA	<		Nro. Serie		J11005S		
Breve descripcion del incidente o reporte									
buenas tardes ing. solicitud para mantenimiento preventivo correspondiente al cronograma									
Fecha de instalacion		2016-07-04		Fecha del proble	ma	2017-08-16			
Horas de uso	03449:30		Version SW	7.2	20	Codigo/		0	
Turnos Por Dia		3-4		Numero/Sala					
Garantia SI		SI		Reportado Por		JESSICA MARCILLO			
Maquina Tipo N		NEGATIVA		Detalle		SALA			
Fecha de ultimo mantenimier		niento 2	ento 2017-05-08		Reporte Tecnico	No.	20170815172445_171463814		
Frecuencia de la desinfeccion				INTERDIALISIS					
Frecuencia de la desincrustacion.				DIARIA					
Operatividad General del equipo.				FUNCIONANDO					

INSPECCIONES

CONDICION EXTERNA

Conexion de tuberias, Fugas y Goteos, Danos estructurales, Deteccion de Oxido y corrosion, Ruedas de transporte

SISTEMAS ELECTRONICOS

Cable de alimentacion electrica, Toma corriente y bateria de respaldo, Tarjetas de control, Sensores y sistemas, Corriente de fuga,

VERIFICACION DE PARAMETROS

Ajustes y activacion de alarmas, Verificacion de lavados/desinfeccion, Calibracion de conductividad, Calibracion de temperatura, Exactitud de UF/Pres. Ven/Pres. Art.,

SISTEMA HIDRAULICO

Limpieza e integridad,PR1,BLD,PG,Valvulas de control,

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO

Bomba de sangre,Bomba de heparina,Touch screen/teclado de pantalla,Lampara indicadora de estado,Simulacion de tratamiento,

SISTEMA DE APOYO / OPCIONES

Documentacion de soporte, Verificacion de uso/operador,

INFORMACION ADICIONAL

Observaciones								
MAQUINA QUEDA OPERATIVA								
Nombre de tecnico.		LEONARDO MACIAS			Firma / Sello			adjo p
Nombre Recibe		ING. JESSICA MARCILLO			Firma / Sello.			and the second
Hora de Inicio	15:00)	Hora de finalizacion	20:00	Fecha(AAAA/N		MM/DD)	2017-08-17
Equipo apto para uso con paciente?				•	SI			