



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170725-05-0000000044

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALTICA	LOJA	0992193961

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
25072017	6:30	10:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	12AS2459	32657

MOTIVO DE LLAMADA
Maquina saca 500 ml de lo programado

ACCION TOMADA
Se calibro bomba de ultrafiltracion

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Maquina se encuentra funcionando correctamente


DRA. JANETH COELLO
DIALTICA


JUAN CARLOS CALVA
NIPRO