



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170901-05-0000000086

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DAVIDA CONTIGO	QUEVEDO	2240923

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
01092017	12:00	01:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	13AS3483	26476

MOTIVO DE LLAMADA
CAMBIO DE ENCODER Y FILTROS

ACCION TOMADA
MAQUINA CHEQUEADA Y CAMBIO DE ENCODER Y FILTROS DE VENTILADORES

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
ENCODER	1	NUEVO

OBSERVACIONES
MAQUINA QUEDA OPERATIVA Y CAMBIADO ENCODER SOLICITADO

EDISON ALVARADO  
DAVIDA CONTIGO

LEONARDO MACIAS  
NIPRO