



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170809-05-0000000059

| CLIENTE | CIUDAD | TELEFONO |
|----------|--------|------------|
| DIALTICA | LOJA | 0992193961 |

| FECHA(DDMMAAAA) | HORA ENTRADA | HORA SALIDA |
|-----------------|--------------|-------------|
| 08082017 | 9:00 | 12:00 |

| EQUIPO | SERIE | CICLOS |
|---------|----------|--------|
| SURDIAL | 08AS0834 | 22451 |


| MOTIVO DE LLAMADA |
|--|
| maquina presenta alarma de suministro de agua insuficiente |


| ACCION TOMADA |
|--------------------------------------|
| Se cambio rodamientos de la bomba P2 |

REPUESTOS UTILIZADOS

| NOMBRE REPUESTO: | CANTIDAD: | DESCRIPCION |
|------------------|-----------|-------------|
| spare kit | 1 | rodamientos |

| OBSERVACIONES |
|---|
| Maquina queda funcionando correctamente y ninguna novedad |


DRA. JANETH COELLO
DIALTICA


JUAN CARLOS CALVA
NIPRO