



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte
Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005
Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149
e-mail: ventasecuador@nipromed.com
www.nipro.com.ec
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO
No.20170621-05-0000000021

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
BIODIAL	GUAYAQUIL	0939263517

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
21062017	06:30	07:30

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	09W2436	18000

MOTIVO DE LLAMADA
fuga de agua

ACCION TOMADA
ajuste de abrazaderas maquina queda habilitada

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
maquina habilitada

ximena
BIODIAL

CESAR TOLEDO
NIPRO